

Indagine di mercato per la fornitura di diagnostici vari per le UU.OO. Di Patologia Clinica del P.O. Civico e del P.O. Di Cristina e per la fornitura di Generatori, radiofarmaci, kit di marcatura, kit dosaggi Ria e test di media-fill per l'U.O. di Medicina Nucleare P.O. Civico

Ad integrazione dell'indagine di mercato già pubblicata ed in scadenza giorno 24.04.2018, si pubblica l'allegato alla sezione B, per una migliore comprensione delle caratteristiche richieste e **relative al Generatore di $^{99}\text{Mo}/^{99\text{m}}\text{Tc}$, (lotto 13)**

Si fa presente che il suddetto allegato, farà parte degli atti di gara, e come tale dovrà essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante della ditta partecipante.

Inoltre, si coglie l'occasione per comunicare che, per i materiali radioattivi, va specificato a parte il costo della spedizione. E' intenzione della Stazione appaltante, considerare tale costo nella base d'asta.

ALLEGATO alla SEZIONE B

**SCHEMA TECNICA (di n. 2 pagine)
relativa al Generatore di $^{99}\text{Mo}/^{99\text{m}}\text{Tc}$**

(da compilare in tutte le sue parti e firmare obbligatoriamente, pena esclusione dalla gara)

Radioattività, espressa in $^{99\text{m}}\text{Tc}$ eluibile al momento della consegna	45-50 GBq	Si	No
Consegna settimanale	Giovedì o Venerdì	Si	No
Scadenza	Almeno 14 giorni dopo la consegna	Si	No
Flaconi per l'eluizione	Almeno n. 5 da 10 ml e n. 10 da 5 ml	Si	No
Contenitore schermato per il flacone di eluizione	Presente	Si	No
Ritiro	Contestualmente alla Consegna (o anche a diversa richiesta del reparto)	Si	No
Smaltimento e confinamento dei generatori ritirati	Secondo normativa		

N.B. INDICARE **ESPLICITAMENTE** IL NOME DEL MODELLO DEL GENERATORE OFFERTO CHE RISPONDE A TUTTE LE CARATTERISTICHE RICHIESTE:

Riportare, inoltre, accanto ad ogni caratteristica richiesta, la pagina della documentazione presentata nella quale viene dichiarata:

Radioattività, espressa in 99mTc eluibile
al momento della consegna..... a pag......

Consegna settimanale..... a pag......

Scadenza..... a pag......

Flaconi per l' eluizione..... a pag......

Contenitore schermato per il flacone di eluizione a pag......

Ritiro..... a pag......

Smaltimento e confinamento dei generatori ritirati..... a pag......

Firma del Rappresentante legale della Ditta