



AZIENDA OSPEDALIERA DI
RILIEVO NAZIONALE E DI
ALTA SPECIALIZZAZIONE

Procedura aperta articolata in tre lotti, per la fornitura e posa in opera di n.1 Apparecchio radiologico ad arco a C ed intensificazione di brillantezza da destinare all'U.O. Neurochirurgia, n.1 Sistema per isteroscopia e n.1 resettoscopio e materiale di consumo da destinare all'U.O. Ginecologia ed Ostetricia dell'A.R.N.A.S. Civico, Di Cristina e Benfratelli. AVCP N.gara 5434796

CHIARIMENTI TECNICI

Quesito 1): Nella busta 6 "Documentazione per il collaudo" è richiesto di inserire i manuali d'uso. È possibile allegarli su supporto informatico?

R. Si è possibile allegarli su supporto informatico.

Quesito 2: Nella busta 6 "Documentazione per il collaudo" è richiesto di inserire manuali tecnici con schemi elettrici ed elettronici. Questa richiesta è un po' anomala, e di solito viene fatta solo a seguito dell'aggiudicazione alla ditta a cui poi si richiedono. In questo caso, entrando questi manuali tra gli atti di gara possono essere richiesti e visti e copiati da tutti i partecipanti, e credo non sia necessario spiegare che i manuali tecnici contengono informazioni ben più sensibili di una brochure commerciale o di una relazione di formazione all'uso. Sono quindi a chiedere se fosse possibile rettificare questo punto e/o altrimenti come è gestito all'accesso a questo tipo di manualistica estremamente tecnica da parte dell'ente?

R: In sede di gara, relativamente alla busta 6 "Documentazione per il collaudo", ci si limita a verificare che tale busta sia stata inviata e pertanto essa viene siglata dalla Commissione di gara, ma non aperta. Sarà aperta in fase di collaudo soltanto la busta della ditta aggiudicataria.

Quesito 3: Nelle richieste tecniche si richiede una doppia uscita video digitale DVI-D e/o VGA. Si intende che oltre alla doppia uscita per i monitor è necessario che sia presente una seconda doppia uscita? "DVI-D e/o VGA" significa che deve essere doppia uscita DVI-D o doppia uscita VGA???

R: Almeno una uscita VGA e una DVI-D o sistema equivalente.

Quesito 4: È richiesta la totale compatibilità con il sistema di neuro navigazione Brainlab già in possesso del reparto. È richiesta la sola compatibilità o è richiesta la compatibilità ma anche l'interfaccia vero e proprio per il neuro navigatore?

R: E' richiesta la sola compatibilità.

Quesito 5: Di che tipo di segnale in ingresso necessita il bRainlab? E quindi che segnale deve avere in uscita l'apparecchio radiologico da inviare al Brainlab?

R: Si rimanda al sopralluogo.

II RUP

(Rosaria Tamburello)