

SCHEDA TECNICA N. 2 CULLETTE TERMICHE NEONATALI DA DESTINARE ALL'U.O. DI CHIRURGIA PEDIATRICA

| ELEMENTO TECNICO RICHIESTO  | CASELLA DOVE LA DITTA DEVE INSERIRE RISPETTIVAMENTE SI SE POSSIEDE LA CARATTERISTICA RICHIESTA E NO NELL'IPOTESI IN CUI LA FUNZIONE NON SIA POSSEDUTA E L'INDICAZIONE DELLA EVENTUALE FUNZIONE EQUIVALENTE | EVENTUALI NOTE |
|---|--|----------------|
| 1. Su ruote   |  |                |
| 2. Altezza regolabile elettricamente con comando a pedale su tre lati   |  |                |
| 3. Inclinazione trendelemburg e antitrendelemburg   |  |                |
| 4. sistema di protezione pareti trasparenti laterali abbattibili per la massima accessibilità al neonato  |  |                |
| 5. sistema di riscaldamento aperto (servo controllato) controllato elettronicamente con monitoraggio della temperatura cutanea, per il neonato pre-termine ed a termine;  |  |                |
| 6. completo di tendina per la protezione dalla luce   |  |                |
| 7. materassino riscaldato ad acqua  |  |                |
| 8. il sistema deve essere compatto e leggero  |  |                |
| 9. nido di contenimento in cotone lavabile, regolabile a seconda del peso del paziente, doppi per una migliore gestione dello strumento o in alternativa dei nidi di contenimento monouso di almeno due misure per neonati e ex prematuri o sistema equivalente |  |                |