

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
OSPEDALI CIVICO – G. DI CRISTINA – BENFRATELLI
Piazza N. Leotta n. 4 – 90127 PALERMO – P.Iva n. 05841770828

VERBALE DI GARA n° 9

Procedura aperta annuale, per la fornitura quinquennale con eventuale periodo di rinnovo di due anni, nonché con eventuale ulteriore proroga di dei mesi, di sistemi, in service, per laboratori di analisi dell'Azienda.

L'anno duemiladiciasette, il giorno dieci del mese di aprile, alle ore 9,30 in Palermo, presso la sede dell' ARNAS Civico Di Cristina e Benfratelli, si riunisce in seduta riservata la commissione di gara così composta:


- Dott. Gaetano Amato nella qualità di presidente;
- Ing. Costanza Tarzia, nella qualità di componente;
- Avv. Domenico Nicolosi nella qualità di componente

e procede all'esame della valutazione tecnica delle offerte in ordine di arrivo.

Si procede alla valutazione del plico n.16- ditta Beckman per i lotti 14 e 18

Si procede all'esame del lotto 14. Esaminando la documentazione tecnica la ditta risulta conforme ai requisiti di minima, e quindi si procede all'attribuzione dei punteggi tramite la scheda valutazione qualità presente nel capitolato

Rif.	Requisiti tecnici da valutare	Punti	BECKMAN
1	Tecnologia di analisi WBC e Formula Leucocitaria effettuata mediante una delle seguenti tecnologie: Tecnologia MAPSS (Multi Angle Polarized Scatter Separation, unico canale o Analisi WBC e Formula Leucocitaria effettuata mediante tecnologia VCS (Volume, Conduttività, Scatter). Supportata da analisi CPD (Cell Population Data), unico canale analitico	3	3
2	Rilevamento diretto senza derivazione per calcolo delle 5 popolazioni leucocitarie.	3	3



3	Doppio conteggio RBC e PLT effettuato mediante principio resistivo con focalizzazione idrodinamica e con metodo ottico	3	3
4	Sistema con possibilità di eseguire esami citofluorimetrici nella stessa piattaforma analitica (sistema costituito da un unico analizzatore per tutti i test richiesti, ingombro totale del sistema offerto)	3	0
5	Metodo di determinazione dei reticolociti	3	3
6	Conteggio elementi leucocitari immaturi	3	3
7	Analisi eritrocitaria in totale automazione con valutazione di globuli rossi ipocromici, ipercromici, microcitici, macrocitici e relativa rappresentazione grafica.	3	3
8	Minor numero di reagenti (da intendersi come numero di codici offerti)	3	3
9	Completezza dei test opzionali offerti	3	3
10	Profili dedicati per liquidi biologici del contaglobuli (Liquor, Sieri, Sinoviali e CSF), validato FDA.	3	3
11	Determinazione dell'Hb reticolocitaria o equivalente parametro.	3	3
12	Controllo di qualità per CD3-CD4-CD8 con riconoscimento automatico degli stessi	3	3
13	Conta immunologica delle piastrine in totale automazione mediante analizzatore contaglobuli	3	0

A
No
G

14	Cadenza analitica per emocromo >100 CBC/h	3	0
15	Conta delle Piastrine Reticolate in totale automazione contemporaneo ad emocromo mediante analizzatore contaglobuli	3	0
16	Collegamento tramite rete WEB o rete telefonica dedicata tra gli strumenti ed il servizio centrale di Assistenza Tecnica per il supporto remoto.	3	3
17	Re-run e reflex test automatico	3	3
18	Quantità di campione aspirato da provetta chiusa senza diluizione	3	165ul Punteggio sospeso in attesa di confronto
19	Esecuzione e refertazione rapporto Linfociti Th /Linfociti Ts in totale automatismo sulla stessa provetta contemporaneo a emocromo	3	0
20	Conteggi eritroblasti senza reagente aggiuntivo rispetto al profilo Emocromo con formula leucocitaria	3	3
Totale provvisorio			42

Si procede all'esame del lotto 18. Esaminando la documentazione tecnica la ditta non risulta conforme ai requisiti di minima, in quanto mancante di tecnica citofluorimetrica, punto g delle caratteristiche di minima.

Si procede alla valutazione del plico n.17 - Ati Beckman e AB Analitica per il lotto 33 . Esaminando la documentazione tecnica la ditta risulta conforme ai requisiti di minima, e quindi si procede all'attribuzione dei punteggi tramite la scheda valutazione qualità presente nel capitolato

LOTTO 33			
Rif.	GRIGLIA QUALITATIVA	PUNTI	BECKMAN AB ANALITICA
1	HIV Quantitativo: Sensibilità analitica almeno 20 copie/ml	4	4
2	Test HIV dual target con primer verso regioni non soggette all'attività di farmaci	4	4
3	Possibilità di eseguire sullo strumento principale almeno tre metodiche contemporaneamente e liberamente scelte dall'operatore tra quelle oggetto della fornitura	2	2
4	Reagenti pronti all'uso che non necessitano di ricostituzione	7	7
5	Estrazioni generiche di acidi nucleici effettuate su strumentazione principale	2	0
6	estrazione contemporanea di test a DNA e RNA	6	6
7	HCV Dual Probe con riconoscimento ottimale di tutti i genotipi	7	7
8	Esecuzione di piccole routine senza spreco di reagenti	6	6
9	Esperienza pluriennale dimostrata con pubblicazioni scientifiche Oltre 10 anni Da 5 a 10 anni meno di 5 anni	4 2 0	0
10	Calibrazione automatica su barcod punti 6 Calibrazione automatica su chip punti 3	6	6
11	Possibilità di utilizzo di tubo primario	6	6
12	HPV: numero di genotipi identificati superiore a 35	6	6
	totale	60	54

Handwritten signature and initials in blue ink.

Si procede alla valutazione del plico n. 18 - ditta Euroimmun per il lotto 9

Esaminando la documentazione tecnica la ditta risulta conforme ai requisiti di minima, e quindi si procede all'attribuzione dei punteggi tramite la scheda valutazione qualità presente nel capitolato.

Rif.	Requisiti tecnici da valutare	Punti	Euroimmun
1	Lavaggio dei vetrini per immersione o per colonna	4	4
2	Esecuzione di almeno 15 vetrini per seduta	5	5
3	Esecuzione di almeno 8 metodiche per seduta	4	4
4	Utilizzo come back-up per test ELISA e possibilità di programmazione dei relativi test in tutte le fasi operative	2	2
5	Alloggiamento reagenti senza necessità di travaso	2	2
6	Vetrini Hep-2 con possibilità di verificare in unico step la presenza di DSF-70	3	0
7	presenza anche di cellule Hep-2 nello stesso pozzetto per ANA-AMA-ASMA in IFA	5	5
8	substrati multipli, ove richiesti nei test IFA,, tutti in unico pozzetto	6	6
9	presenza nello stesso pozzetto degli ANCA di,spot di MPO e spot di PR3	5	5
10	presenza nello stesso pozzetto degli ANCA anche di cellule Hep-2	2	2
11	presenza nell'offerta del test opzionale con * per encefaliti autoimmuni	3	3
12	presenza nell'offerta del test opzionale con* per aquaporina -4	3	3
13	lettore di codice a barre per i campioni per il preparatore dei vetrini	3	3
14	Capacità di caricare più di 20 vetrini in contemporanea nel microscopio motorizzato	5	5
15	Nessun utilizzo di filtri acquisizione digitale vetrini IFA	2	0
16	reagenti tutti di unico produttore per omogeneità di tempi e tecniche	3	3
17	assistenza tecnica in ambito regionale	3	3
TOTALE			55

Si procede alla valutazione del plico n. 19 - ditta Eurospital per il lotto 8

Esaminando la documentazione tecnica la ditta risulta conforme ai requisiti di minima, e quindi si procede all'attribuzione dei punteggi tramite la scheda valutazione qualità presente nel capitolato.

LOTTO 8			
Rif.	Requisiti tecnici da valutare	Punti	EUROSPITAL
1	Calprotectina secondo metodo originale: calibratori da standard primario e non liofil. Con dispositivo di estrazione.	8	8
2	Ricerca degli anticorpi anti-transglutaminasi su colture biotiche digiunali nella gestione delle discordanze tra sierologia e referto biotico negativo. Allegare almeno un articolo in estenso	8	8
3	Adattabilità del progetto alle esigenze del laboratorio	6	6
4	Calprotectina rapida quantitativa con metodica immunocromatografica	7	7
5	Estrattori rapidi per calprotectina fecale, certificati CE IVD	6	6
6	Determinazioni di tutte le classi di rischio per Celiachia e T1D	7	7
7	Computer con software per l'interpretazione e la refertazione dei genotipi	8	8
8	Supporto tecnico entro le 24 ore	6	6
9	Per il sistema ELISA, utilizzo delle singole funzioni (diluitor, incubatore, lavatore, lettore) anche separatamente	4	4
TOTALE			60

La commissione chiude la seduta alle ore 14,00 e rinvia le operazioni di gara alla seduta riservata in data da destinarsi

Letto, confermato, e sottoscritto.

Il presidente Dott. Gaetano Amato

Il componente Ing. Costanza Tarzia

Il componente Avv. Domenico Nicolosi.

G. Amato
Costanza Tarzia
Domenico Nicolosi