

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
OSPEDALI CIVICO – G. DI CRISTINA – BENFRATELLI
Piazza N. Leotta n. 4 – 90127 PALERMO – P.Iva n. 05841770828

VERBALE DI GARA n° 19

Procedura aperta annuale, per la fornitura quinquennale con eventuale periodo di rinnovo di due anni, nonché con eventuale ulteriore proroga di dei mesi, di sistemi, in service, per laboratori di analisi dell'Azienda.

L'anno duemiladiciasette , il giorno sette del mese di giugno, alle ore 9,30 in Palermo, presso la sede dell' ARNAS Civico Di Cristina e Benfratelli, si riunisce in seduta pubblica la commissione di gara così composta:

- Dott. Gaetano Amato nella qualità di presidente;
- Ing. Costanza Tarzia , nella qualità di componente;
- Avv. Domenico Nicolosi nella qualità di componente

Da atto della presenza dei seguenti concorrenti personalmente o per delega:

Rosario Vitrano per la Eurospital;

Giuseppe Guastella per la Roche Diagnostics;

Emilio Figuccia per la Werfen ;

Salvatore Corona per la Siemens;

Giuseppe Lacaria per la Biomerieux;

Maurizio Cottone per Beckman Coulter;

Salvatore Ardica per la Dasit e per la Sebia;

Eraldo Michele Siciliano per la Alifax srl;

Roberto Calabrese per la Abbott;

Rosanna Maria Orobello per la Elitech Group

Silvio Termine per la A. Menarini Diagnostics

già generalizzati nelle precedenti sedute pubbliche.


Il sig. Maurizio Cottone chiede di allegarsi al presente verbale la nota prot. N. 650/2017 del 5 giugno 2017 inviata dalla Beckman alla stazione appaltante a mezzo pec alle ore 16,21. La Commissione ne dispone l'acquisizione e alle ore 10,30 sospende la seduta e la aggiorna alle ore 11,30 di oggi.

Letto, confermato, e sottoscritto.

Il presidente Dott. Gaetano Amato

Il componente Ing. Costanza Tarzia

Il componente Avv. Domenico Nicolosi.





Spett.le
Commissione UREGA
Presidente di Gara Dott. G. Amato
c/o Arnas
Uff Provveditorato
P.zza N. Leotta, 4
90127 Palermo

Raccomandata inoltrata a mezzo mail e PEC:

ape.ospedalecivicopa@pec.it
provveditorato@arnascivico.it
gaetano.amato@arnascivico.it

Ns. prot. n. 0658/2017 SL.pg
Cassina de' Pecchi, 7 giugno 2017

Oggetto: Procedura aperta per la fornitura quinquennale con eventuale periodo di rinnovo di due anni, nonché con eventuale ulteriore proroga di sei mesi, di sistemi, in service, per laboratori di analisi dell'Azienda

In riferimento al verbale n. 17 presente sul sito ed in merito alle osservazioni prodotte dal ns agente di zona in merito al mancato riscontro alla ns nota del del 5 giugno u.s. di prot. n. 650/2017 SL.pg inviata a mezzo PEC alle ore 16.21 si chiede che la stessa venga inserita a verbale della seduta di oggi.

Distinti saluti.

BECKMAN COULTER S.r.l.
Un Procuratore

Silvia Leoni



Spett.le
Commissione UREGA
Presidente di Gara Dott. G. Amato
c/o Arnas
Uff Provveditorato
P.zza N. Leotta, 4
90127 Palermo

Raccomandata inoltrata a mezzo mail e PEC:

ape.ospedalecivicopa@pec.it
provveditorato@arnascivico.it
gaetano.amato@arnascivico.it

Ns. prot. n. 0650/2017 SL.pg
Cassina de' Pecchi, 5 giugno 2017

Oggetto: Procedura aperta per la fornitura quinquennale con eventuale periodo di rinnovo di due anni, nonché con eventuale ulteriore proroga di sei mesi, di sistemi, in service, per laboratori di analisi dell'Azienda

In riferimento a quanto descritto nel verbale di gara n.16 del giorno 29 maggio, chiediamo a fronte delle richieste delle ditte concorrenti che hanno portato alla commissione della rivisitazione dei punteggi, che vengano rivisti anche i punti descritti per il lotti di seguito indicati:

Lotto 14 Diagnostica ematologica di secondo livello per il laboratorio P.O.Civico

In riferimento al punto 8) *Minor numero di reagenti (da intendersi come numero di codici offerti)* nel documento "f) Relazione tecnica dettagliata - f) 1) Relazione tecnica apparecchiature offerte" sono stati dichiarati 5 soli reagenti per l'esecuzione dei test sulle apparecchiature offerte. Si ricorda che gli altri codici offerti non sono reagenti, ma accessori, soluzioni di lisi, consumabili, controlli, calibratori e consumabili.

Si chiede di verificare l'esatto numero di reagenti dichiarati dalla ditta Abbott, in quanto a ns sapere hanno lo stesso identico numero di reagenti e comunque non inferiore a 5, pertanto il punteggio andava attribuito a tutte e due.

In riferimento al punto 9) *"Completezza dei test opzionali offerti"* si chiede di verificare cosa abbia offerto la ditta Abbott per Kit per immunofenotipo leucocitario a nove popolazioni, visto che il Cyto diff della Beckman è l'unico al momento certificato CE IVD sul mercato e si chiede di verificarne la marcatura CE IVD.

In riferimento al punto 12) *"Controllo di qualità per CD3-CD4-CD8 con riconoscimento automatico degli stessi"* si chiede di verificare se il controllo offerto della ditta Abbott sia realmente riconosciuto in automatico dello strumento e non un semplice controllo di terza ditta che non può essere riconosciuto dal sistema e quindi poi letto in automatico dallo strumento con la gestione dei risultati per il controllo qualità.



In riferimento al punto 17) "Re-run e reflex test automatico" non ci risulta che il sistema possa ripetere per un eventuale re-run (ripetizione) o un reflex test senza intervento manuale dell'operatore un test poiché il campionatore non può permettere che la provetta possa tornare indietro

Lotto 18 Fornitura in service di sistemi automatici da dedicare all'area analisi urine dei laboratori analisi del P.O. Civico e del P.O. Di Cristina

In riferimento al punto 8) "Capacità dello strumento per l'analisi del sedimento urinario di distinguere almeno quattro tipologie di cristalli", vi sottoscriviamo nuovamente che l'analizzatore d'immagine IQ200 Sprint™ riconosce e conta automaticamente la categoria dei cristalli lasciando all'operatore la possibilità di poterli sottoclassificare in 9 classi.

A tal proposito si prega verificare le sottoclassi che possono essere identificate nei relativi documenti acclusi sia a pag. 4 del documento "f) Relazione tecnica dettagliata

f) 1) Relazione tecnica apparecchiature offerte" che vi riportiamo:

"Inoltre è possibile identificare o sub-classificare manualmente, con un semplice "clic" del mouse, le seguenti categorie di cristalli:

Cristalli	Ossalato di Calcio
	Acido Urico
	Amorfi
	Calcio Fosfato
	Carbonato di Calcio
	Triplo fosfato
	Cistina
	Leucina
	Tirosina

e menzionati nella Scheda tecnica IRICELL3000 pagina 3 e nel Manuale operatore IQ200 pag. 30 Identificazione di particelle microscopiche.

La caratteristica richiesta, non è da nessuna parte descritta, come da effettuarsi in modo automatico, pertanto anche al ns sistema che sottoclassifica manualmente riteniamo debba avere assegnato il punteggio previsto per tale caratteristica.

In riferimento al punto 20 "Presenza sul territorio nazionale di almeno 30 installazioni identiche a quella oggetto della gara in altrettante aziende ospedaliere" vi chiediamo di verificare che quanto offerto dalla ditta DASIT per la lettura del sedimento urinario, vista l'assegnazione del punteggio relativo all'analisi immagine, essendo il nuovo sistema presentato alle ultime fiere del settore, non ha, a ns conoscenza del mercato, le 30 installazioni richieste, ma queste sono da attribuire al solo sistema chimica fisico o al solo sistema citofluorimetrico.

Certi di un vs riscontro porgiamo distinti saluti

Beckman-Coulter Srl
Silvia Leon

Un Procuratore