

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
OSPEDALI CIVICO – G. DI CRISTINA – BENFRATELLI
Piazza N. Leotta n. 4 – 90127 PALERMO – P.Iva n. 05841770828

VERBALE DI GARA n° 20

Procedura aperta annuale, per la fornitura quinquennale con eventuale periodo di rinnovo di due anni, nonché con eventuale ulteriore proroga di dei mesi, di sistemi, in service, per laboratori di analisi dell'Azienda.

L'anno duemiladiciasette , il giorno sette del mese di giugno, alle ore 10,35 in Palermo, presso la sede dell' ARNAS Civico Di Cristina e Benfratelli, si riunisce in seduta riservata la commissione di gara così composta:

- Dott. Gaetano Amato nella qualità di presidente;
- Ing. Costanza Tarzia , nella qualità di componente;
- Avv. Domenico Nicolosi nella qualità di componente

La Commissione esamina i rilievi contenuti della nota prot. N. 650/2017 a firma della Beckman Coulter inviata alla stazione appaltante in data 5 giugno 2017 allegata al verbale dell'odierna seduta pubblica.

Relativamente al punto 8 del lotto 14, la ditta Beckman Coulter, per soddisfare i requisiti di capitolato, offre due strumenti, a differenza della Abbott che ne offre uno solo. Pertanto il nr. totale di reagenti necessari per entrambi gli strumenti offerti dalla Beckman è pari a 10, mentre lo strumento offerto dalla ditta Abbott necessita di soli 5 reagenti . Da ciò deriva la corretta attribuzione dei punteggi assegnati alle ditte concorrenti sul punto in questione.

Relativamente al punto 9 del lotto 14, la Commissione rileva, che contrariamente a quanto sostenuto dalla Beckman, la ditta Abbott offre tutti i test opzionali richiesti dal capitolato, per i quali non è, peraltro, prevista la certificazione CE-IVD. Il punteggio attribuito è quindi corretto.

Relativamente al punto 12 del lotto 14, la Commissione rileva che lo strumento offerto dalla ditta Abbott è in grado di eseguire il controllo di qualità per i parametri indicati con riconoscimento automatico e, peraltro, il capitolato non esclude la fornitura di controlli da azienda terza che vengono offerti dalla concorrente senza oneri aggiuntivi per l'Ente Appaltante. Viene confermata, dunque, la correttezza del punteggio attribuito.

Relativamente al punto 17 del lotto 14, contrariamente a quanto rilevato dalla Beckman, il software fornito dalla ditta Abbott consente di gestire in modo personalizzato sia il re-run che il reflex test secondo regole scelte dall'operatore. Anche relativamente al punto in esame il punteggio è stato attribuito in modo corretto.


Relativamente al lotto 18, punto 8, la Commissione rileva che nel capitolato è richiesta la capacità "dello strumento" (e non dell'operatore, manualmente) di rilevare almeno quattro tipologie di cristalli, per cui l'attribuzione del punteggio alle ditte concorrenti è corretta.

Relativamente al lotto 18, punto 20, la Commissione conferma il punteggio attribuito alla ditta Dasit poiché, dalla documentazione fornita risulta che le installazioni come richiesto dal capitolato, sono superiori a 30.


La Commissione alle ore 11,55 chiude la seduta riservata disponendo per la prosecuzione dell'odierna seduta pubblica precedentemente sospesa.

Letto, confermato, e sottoscritto.

Il presidente Dott. Gaetano Amato



Il componente Ing. Costanza Tarzia



Il componente Avv. Domenico Nicolosi.

