



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AZIENDA OSPEDALIERA DI
RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE

Unità Operativa Rinnovo Tecnologico
Impianti ed Attrezzature

Piazza Nicola Leotta n. 4

Telefono: 091- 6662241/401

Fax: 091 —

6662301

www.arnascivico.it

E-mail: Contocapitale @arnascivico.it

P.IVA 058417708283

Palermo li, 20/04/2017

DITTE VARIE

Oggetto: Indagine di mercato per "La fornitura e posa in opera di un sistema ad ultrasuoni per ablazione selettiva dei tessuti molli e duri per l'U.O. Chirurgia Pediatrica".

Questa Amministrazione deve acquistare il sistema citato in oggetto per l'U.O. Chirurgia Pediatrica".

A tal fine intende verificare:

1) se codesta ditta dispone di attrezzature aventi caratteristiche collimanti con quelle descritte nell'allegata scheda tecnica;

2) il costo dell'apparecchiatura (non il prezzo di listino):

Qualora dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, a tal proposito **si raccomanda che non occorre inviare nuove schede tecniche.**

La risposta in merito al possesso delle caratteristiche tecniche deve seguire l'ordine e le indicazioni numeriche riportate nella scheda tecnica

La presente indagine di mercato verrà pubblicata sul sito aziendale.

Si resta in attesa di riscontro alla presente, con urgenza e comunque non oltre il 27.04.2017 al seguente numero di fax 091/6662301 per qualsiasi informazione al seguente numero telefonico 091/6662262

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.

Si prega di voler comunicare allo scrivente ufficio se la Ditta è iscritta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ed eventualmente indicare il netaprodotto richiesto .

Il Direttore Area Provveditora
D.ssa Nora Virga

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Frequenza di funzionamento di 36 KHz con settaggio automatico e veloce
- Manipolo ergonomicamente bilanciato, ultraleggero e con cono terminale trilobato
- Selettività tissutale regolabile in modo tale da garantire al chirurgo il massimo controllo in prossimità di strutture particolarmente delicate, garantendo una buona selettività su tutti i tessuti e preservando vasi di piccolo calibro.
- Potenza regolabile in maniera continua.
- Aspirazione regolabile ed integrata al sistema.
- Disattivazione immediata dell'aspirazione dopo l'interruzione della vibrazione al fine di evitare traumi ai tessuti delicati.
- Sistema di raffreddamento del manipoli, atto a prevenire eventuali necrosi termiche da contatto
- Irrigazione coassiale e continua della punta.
- Sostituzione delle punte direttamente sul campo sterile.
- Punta dedicata all'asportazione di tessuti fibrotici
- Pedale Lineare in modo tale da calibrare la potenza di erogazione