SCHEDA TECNICA N. 1 VENTILATORE AD ALTA FREQUENZA OSCILLATORIA DA DESTINARE ALL'U.O. DI RIANIMAZIONE PEDIATRICA

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	CASELLA DOVE LA DITTA DEVE INSERIRE RISPETTIVAMENTE SI SE POSSIEDE LA CARATTERISTICA RICHIESTA E NO NELL'IPOTESI IN CUI LA FUNZIONE NON SIA POSSEDUTA E L'INDICAZIONE DELLA EVENTUALE FUNZIONE EQUIVALENTE	EVENTUALI NOTE
1. Sistema a fase espiratoria attiva		
2. Funzionamento a pistone/menbrana		
3. Flusso continuo 0-40 l/m		
4. Pressione media 3-45 cm H2o		
5. Limite pressione media 10-45 cm H2o		
6. Pressione oscillatoria (delta P) >90 cm H2O		
7. Frequenza oscillatoria 3-5 Hz		
8. Tempo inspiratorio 30-50%		
9. FiO2 21-100%		
10. Allarmi pressione media delle vie aeree, di surriscaldamento dell'oscillatore, di carica batteria, di interruzione di rete, di insufficienza dei gas medicali e di fermo oscillatore		
11. Conforme alla normativa vigente		
12. Dotato di tutti gli accessori e materiali di consumo: carrello, staffa sostegno umidificatore, circuiti pazienti riscaldati per incubatrice e isola neonatale adattabili agli umidificatori F e P MR 850 già in dotazione all'U.O., filtri, trappola condensa, linea per somministrazione NO e accessori per erogazione NO etc etc…		