



Civico Di Cristina Benfratelli  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

**N.° di gara AVCP 6699532**

**CODICE NUTS ITG12**

#### **CHIARIMENTI 4**

**Domanda 1)** Facciamo riferimento alla gara in oggetto per chiedere se è possibile pubblicare i capitolati tecnici anche in formato excel per consentire alle aziende di stamparli e visualizzarli al meglio.

**Risposta 1)** Al fine di consentire alle aziende di stamparli e visualizzarli al meglio i capitolati tecnici verranno pubblicati anche in formato excel.

**Domanda 2 )** Vi chiediamo di confermare che la dichiarazione attestante l'inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 comma 1, comma 2 e comma 5 lett. l) – Vostro “allegato A1” - potrà essere resa - ai sensi ai sensi del 2° co. dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre del 2000 n. 445 - secondo cui la dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza - dal rappresentante legale del concorrente per sé e per gli altri soggetti di cui di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

**Risposta 2)** La dichiarazione attestante l'inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 comma 1, comma 2 e comma 5 lett. l) –“allegato A1” - potrà essere resa - ai sensi ai sensi del 2° co. dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre del 2000 n. 445 - dal rappresentante legale del concorrente per sé e per gli altri soggetti di cui di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 .

**Domanda 3)** In riferimento alla gara sopra citata, chiediamo chiarimenti relativamente al lotto 173 del capitolato tecnico Presidi Chirurgici: Tubi nasotracheali, che lunghezza devono avere e di che materiale devono essere composti.

**Risposta 3)** i tubi preformat oronasale devono essere in pvc latex free ftalati free, cuffia alto volume , bassa pressione. Linea radiopaca e punta occhio di murphy. Misure da D.I. 6mm a 8mm, lunghezza da 287mm a 345mm. In rapporto al diametro interno del tubo

Il Direttore UOC Provveditorato

Dott.ssa Nora Virga