



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

N.° di gara AVCP 6699532

CODICE NUTS ITG12

CHIARIMENTI

Con la presente si comunica che per mero errore è stato indicato per il lotto n. 201 prolunga a circuito chiuso per la'infusione di farmaci antitumorali anticorpi monoclonali, antivirali etc....., mentre la descrizione esatta per il lotto n. 201 è la presente Catetere in poliamide con elastomero da ml 350, con armatura flessibile in acciaio inox e microfori da 15 a 90 distribuiti da 40 mm. a 300 mm nelle seguenti misure: 19Gx420 mm ; 19Gx500 mm; 19G x600 mm; 19Gx700 mm; 19Gx 900 mm.

Pertanto si è provveduto in data 27.04.2017 alla pubblicazione del nuovo capitolato tecnico "G" scheda fabbisogno rettificato per lotto n. 201 che sostituisce il precedente pubblicato in data 22.04.2017.

Restano totalmente invariati i restanti lotti .

Il Direttore UOC Provveditorato

Dott.ssa Nora Virga