



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

REGIONE SICILIANA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

"CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI"

U.O.C. di Chirurgia Generale e d'Urgenza

Direttore: Dott. Silvio Morini

**Al Direttore dell'UOC Provveditorato
S E D E**

Oggetto : Procedura aperta per la fornitura triennale in somministrazione ed in conto deposito (con eventuale rinnovo di ulteriori 12 mesi) di materiale per laparoscopia ; suturatrici ed applicatori clip ; emostatici e sostituti dermici ; reti chirurgiche ; protesi ed espansori mammari; presidi chirurgici vari; materiale sanitario vario , descritti negli elenchi allegati sub-lettera "A - B-C-D-E -F-G" al C.S.A .

In risposta a quanto richiesto da parte degli operatori economici interessati alla partecipazione dei lotti n. 11-45-61-93 105-106 e 121 si rappresenta quanto segue:

lotto n. 11: riesaminata la documentazione delle ditte partecipanti, solamente la ditta Johnson & Johnson offre un sistema antimbrattamento, pertanto i prodotti offerti dalle altre ditte non sono conformi a quanto richiesto nel capitolato ;

lotto 45 : esaminata la documentazione in gara e la campionatura si è rilevato che alla voce 4 (pinza portatestina) la ditta Action Medical ha offerto un prodotto pluriuso ritenuto conforme ed equivalente. Si da atto che la campionatura è pervenuta il 30.06.2017 con protocollo n.11903. Il Dott. Silvio Morini acquisisce detta campionatura e se ne fa custode;

lotto 61: riesaminata la documentazione prodotta dalla ditta Applied si evince che non ha offerto un trocar toracico, ma un sistema per l'accesso addominale. Pertanto non è conforme a quanto richiesto in capitolato;

lotto 93: il prodotto offerto dalla ditta Gimas si può ritenere equivalente a quanto richiesto in capitolato in considerazione del fatto che gli evacuatori proposti hanno una capacità da 100 a 400 ml e la pressione di aspirazione è in un range da 35 a 50 mmHg/cm. Pertanto si conferma quanto già espresso precedentemente. Ditta Gimas : conforme;

lotti 105 e 106: La ditta Medtronic contesta il fatto che sono stati dichiarati conformi suturatrici meccaniche lineari offerte da altri operatori economici, che non hanno punti a sezione rettangolare. Da una verifica di tutta la documentazione in gara in effetti nessuna ditta, a parte la Medtronic, da informazioni circa la sezione del punto metallico. Pertanto sulla scorta di quanto acquisito ad eccezione della ditta Medtronic, nessuna ditta è conforme;

lotto 121 : Si ribadisce la conformità della ditta Teleflex avendo offerto un prodotto che corrisponde alle caratteristiche del capitolato.

Palermo 13/04/2018

Il Direttore dell'UOC di Chirurgia Toracica
Dott. Giuseppe Di Miele

Il Direttore dell' U.O.C. di Chirurgia Generale e d'Urgenza
Dott. Silvio Morini

Regione Siciliana – Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Civico – Di Cristina – Benfratelli"
Sede legale: Piazza Nicola Leotta, 4 – 90127 PALERMO – C.F./P.IVA n. 05841770828

Numeri di Telefono: Segreteria: 0916665375 – Reparto: 0916665600 – Ambulatorio: 0916662719 - Fax: 0916665602