

Regione Siciliana
Azienda di Rilievo Nazionale e di alta Specializzazione
P.O. "G. Di Cristina"
UOC di Cardiologia Pediatrica
Direttore: dott. Calogero Comparato
Tel. 0916666318

All'U.O. Rinnovo Tecnologico Impianti ed Attrezzature
ARNAS Civico e Di Cristina
SEDE

OGGETTO

Parere di conformità tecnica per la fornitura e posa in opera di un apparecchio per test cardiopolmonare per l'UOC di Cardiologia Pediatrica

Con riferimento alla richiesta di un parere di conformità tecnica di cui in oggetto, presa visione della documentazione tecnica prodotta dalle ditte partecipanti, si comunica quanto segue:

1) Medical Graphic Italia

Il prodotto offerto non è conforme a quello richiesto.

Il sistema elettrocardiografico infatti non dispone di stampante termica integrata che permetta la registrazione in tempo reale ed in continuo dell'elettrocardiogramma, come richiesto chiaramente nella scheda tecnica di riferimento messa in gara.

Si rileva altresì che il prodotto offerto è un personal computer piuttosto che un ~~elettrocardiografo come richiesto.~~

Trattandosi di apparecchiature dedicate a pazienti cardiopatici, la stampante termica appare un requisito fondamentale per la qualità dell'esame.

2) Carefusion

Il prodotto offerto non è conforme a quello richiesto.

Il sistema elettrocardiografico infatti non dispone di stampante termica integrata che permetta la registrazione in tempo reale ed in continuo dell'elettrocardiogramma, come richiesto esplicitamente nella scheda tecnica di riferimento messa in gara.

3)CEAST SNC


L'offerta corrisponde dal punto di vista tecnico al prodotto richiesto.

4)Ultramed

L'offerta risponde dal punto di vista tecnico al prodotto richiesto.

Palermo8/5/2017

Dott. Calogero Comparato

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Calogero Comparato', written in a cursive style.