



Civico Di Cristina Benfratelli

**U.O.C. FARMACIA**  
Piazza Nicola Leotta, 4  
90127 Palermo

Telefono  
091 6664022

FAX  
091 6664024

data 25/07/2017

Alla cortese attenzione  
Settore Provveditorato  
D.ssa Virga Nora

**Oggetto: Parere di conformità fornitura medicazioni avanzate RDO n.1562379**

**Si comunica l'esito della campionatura del suddetto capitolato.**

**FORNITURA ANNUALE DI MEDICAZIONI AVANZATE E BENDAGGI**

	<b>Denominazione concorrente</b>	<b>Lotti a cui ha partecipato</b>
<b>1</b>	3M ITALIA SRL	Lotto 3: conforme Lotto 8: non conforme, manca la carbossimetilcellulosa. Lotto 11: conforme
<b>2</b>	A. PANZICA	Lotto 3: non conforme per misura
<b>3</b>	ASA	Lotto 5: conforme Lotto 19: conforme
<b>4</b>	AZIENDA CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A.	Lotto 14: conforme
<b>5</b>	B.BRAUN	Lotto 2: conforme Lotto 3: non conforme per misura Lotto 8: conforme
<b>6</b>	BSN MEDICAL SRL	Lotto 2: non conforme la superficie che va a contatto con la ferita risulta adesiva, nel capitolato è richiesta non adesiva

	<b>Denominazione concorrente</b>	<b>Lotti a cui ha partecipato</b>
		Lotto 9: non conforme la medicazione presentata è non adesiva
7	COLOPLAST	Lotto 6: conforme Lotto 8: conforme Lotto 9: conforme Lotto 11: conforme Lotto 12: conforme
8	CONVATEC ITALIA SRL	Lotto 10: conforme Lotto 12: non conforme, per misura e per composizione. Il prodotto offerto presenta idrofibra all'interfaccia con la lesione e non schiuma di poliuretano come da richiesto capitolato
9	D.M.R. SRL	Lotto 17: non conforme (vedi allegato)
10	EUROFARM SPA	Lotto 2: non conforme, per misura. Manca la 10x20. Lotto 3: non conforme, presenta campioni da 7,7cmx9,5cm in scheda tecnica e nella confezione è dichiarato 8,5x8,5. Richiesta 10x10 Lotto 4: non conforme, Alla prova ha provocato arrossamento Lotto 8: non conforme, manca la carbossimetilcellulosa Lotto 10: conforme
11	FARMAC-ZABBAN	Lotto 4: non conforme per misura, scheda tecnica e confezionamento corretto la metallina risulta 6x8cm. Lotto 8: conforme Lotto 10: non conforme, la medicazione si sfalda e lascia residui all'interno della ferita, non presenta alta assorbenza né resistenza, non gelifica Lotto 11: non conforme, si sfalda e risulta poco assorbente
12	FERMED S.R.L.	Lotto 4: non conforme per misura, richiesta 6x7 presenta 8x9. Lotto 17: non conforme vedi allegato
13	FIDIA FARMACEUTICI SPA	Lotto 1: conforme Lotto 14: non conforme, non contiene collagene Lotto 16: conforme
14	GIOVANNI SCIBILIA E FIGLIO S.P.A.	Lotto 13: conforme Lotto 15: conforme
15	MEDICA VALEGGIA CON SIGLA MEDIVAL	Lotto 17: non conforme
16	MEDTRONIC ITALIA	Lotto 2: conforme Lotto 18: conforme
17	PROMEDICAL	Lotto 4: conforme Lotto 9: non conforme, per misura Lotto 10: conforme
18	SOFAR	Lotto 3: conforme Lotto 12: non conforme, non presentano campioni adesivi per la misura 10x10 richiesta. (Le misure non adesive sono conformi)

	<b>Denominazione concorrente</b>	<b>Lotti a cui ha partecipato</b>
		Lotto 14: non conforme, non contiene collagene

25-07-2017

*Apelotelo*

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Behrattelli  
Direttore U.O.C. Farmacia  
Dott.ssa Patrizia Marrone



Civico Di Cristina Benfratelli  
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

Servizio Sanitario Nazionale  
REGIONE SICILIANA  
PALERMO

# U.O. OTORINOLARINGOIATRIA

*Direttore: Prof. Vincenzo Immordino*

DATA: 12-06-2016

PROT.

SPETT.LE  
U.O.C. FARMACIA  
D.ssa G. Palazzolo

FAK 6404

SEDE

**OGGETTO: riscontro verifica campionatura lotto 17 - RDO 1562379.**

In riscontro vs. nota del 06-06-2017 a seguito di verifica della campionatura prodotta si rappresenta quanto segue:

- a) prodotto CENEFOM, ditta MEDICA VALEGGIA: testati campioni del codice NP-EL15S.  
ESITO: I tamponi hanno una consistenza molto densa ed allo stamponamento danno difficoltà per aderenze. Inoltre, nei casi visti, hanno presentato la formazione di focolai di infezione. **NON CONFORME.**
- b) Prodotto UNOPORE, ditta DMR: testati campioni del codice UP451520.  
ESITO: all'apertura i tamponi presentano un filo che allo svolgimento si rompe e frammenta. A contatto con liquidi il dispositivo assorbe troppo lentamente, è duro all'inserimento ed assolutamente inutilizzabile. **NON CONFORME.**
- c) Prodotto OSSEOUS, ditta FERMED: testati campioni del codice E7176.  
ESITO: il prodotto non presenta alcun filo di reperi (cosa che rende difficile il fissaggio ed il successivo stamponamento). Allo stamponamento il dispositivo si è frammentato ed ha rilasciato particelle sulla mucosa. **NON CONFORME.**

Distinti Saluti

IL DIRETTORE  
Dott. V. IMMORDINO  
Direttore Otorinolaringoiatria  
AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
OSPEDALIERA CIVICO E BENFRATELLI G. DI CRISTINA E A. ASCIPI  
DIVISIONE DI OTORINOLARINGOIATRIA