



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

CHIARIMENTI n.5

In relazione alla procedura aperta aperta per la fornitura quinquennale, in somministrazione di pipette puntali e materiale di consumo per laboratorio di analisi - N° di gara per AVCP 6732629, indetta, giusta deliberazione n. 732 del 27.04.2017

SI FORNISCONO I SEGUENTI CHIARIMENTI

Quesito n. 1

LOTTO 41 Punto b)

LOTTO 42 Punto b)

LOTTO 43 Punto b)

In riferimento alla vostra richiesta "I puntali a corredo delle voci suddette dovranno essere in confezioni: il 20% in vassoio con non più di 500 puntali e l'80% in sacchetti con non più di 1000 puntali" si richiede se le quantità da voi indicate "vassoi da non più di 500 puntali" siano vincolanti o se fosse possibile offrire confezionamenti diversi;

Risposta n. 1

Per i lotti 41,42,43 è stato indicato al punto b) il quantitativo del 20% di puntali in rack. Tali rack non devono contenere più di 500 puntali. Quindi è stato indicato che il contenitore dei puntali non può eccedere il quantitativo di 500.

Le confezioni dei contenitori di puntali possono essere invece di qualsiasi tipo.

Quesito n. 2

LOTTO 42 Punto b)

In riferimento alla vostra richiesta di "Puntali a corredo di diversi tipi e capacità della stessa casa produttrice delle pipette" abbiamo notato che non richiedete i Puntali da 500 a 5000 mcl mentre nel Punto a) richiedete una Pipetta da 500/1000-5000 mcl; è stata una dimenticanza?

Risposta n.2

Per il momento il lotto di gara 42 resta invariato, non potendo apportare modifiche al csa e, comunque è stata in effetti una dimenticanza.

Quesito n. 3

Ulteriori chiarimenti Lotto 3 - Atteso che il chiarimento dato (Chiarimento n. 3 quesito n.9) non è concludente, anche ai fini della comparabilità di prezzi diversi in funzione dei diversi volumi, si richiedono ulteriori chiarimenti specificando con maggiore precisione la % di scostamento sulla misura richiesta da C.S.A.

Risposta n.3

Lo scostamento verrà accettato nei limiti del 10% circa in più o in meno.

Il Direttore Area Provveditorato
Dott.ssa Nora Virga