



Civico Di Cristina Benfratelli  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

Piazza N.Leotta n.4

90127 PALERMO

[provveditorato@arnascivico.it](mailto:provveditorato@arnascivico.it)

DATA 16/05/2017  
PROT. n. 367

Agli operatori economici interessati

Oggetto: gara emodinamica bacino Sicilia occidentale – chiarimenti “2”

In riferimento alla procedura aperta in epigrafe, si rappresenta quanto segue:

1) Lotto 741, “tecnologia Mojave”: il kit per angiografia in questione richiede, tra l'altro, la presenza della tecnologia Mojave. A tal proposito, si richiama quanto previsto dall'art.1 del capitolato speciale d'appalto “Oggetto e durata”, il quale, in applicazione dell'art.68, comma 6, del d.lgs. n.50/2016, recita:” *La descrizione delle caratteristiche tecniche, se dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica, deve intendersi integrata dalla menzione “o equivalente”, e ciò ai sensi dell'art.68, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e smi.*”. A ciò si aggiunga che si applica anche il comma 7 del citato articolo, secondo cui “...*le amministrazioni aggiudicatrici non possono escludere un'offerta per il motivo che le forniture non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente dimostra con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 86, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.*”

2) Lotto n.339. **Il kit deve essere preassemblato, come già richiesto con chiarezza dalla relativa descrizione.**

3) Lotto n. 340:

- a) i camici, senza rinforzi, devono essere assorbenti per trattenere il sangue dunque il TNT deve essere mescolato/accoppiato ad altre fibre assorbenti;
- b) le dimensioni del telo copri tavolo e la lunghezza dell'ago sono riferite a misure standard.

4) Lotto n.468: la caratteristica del kit "sistema di immobilizzazione da 5 mm in PVA automodellabile" ha il significato di sistema che immobilizza l'arto durante le procedure di accesso radiale.

5) Cauzione provvisoria: si applica l'art. 93 del d.lgs.n.50/2016, il quale, al comma 7, prevede alcune ipotesi, talora cumulabili, che consentono la riduzione della garanzia provvisoria nella misura delle percentuali indicate per ciascuna fattispecie.

6) I file relativi all'Allegato A1 e al DGUE non possono che essere pubblicati in pdf.

**Infine, gli operatori economici interessati sono invitati ad esaminare con attenzione le descrizioni dei singoli lotti, in modo da evitare inutili richieste di chiarimenti e conseguente spreco di attività amministrativa.**

**Si avvisa che i chiarimenti, solo su motivate (e logiche) richieste, verranno pubblicati fino alla data del 7 giugno prossimo venturo.**

Il Direttore UOC Provveditorato

Dott.ssa Nora Virga

