



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

Piazza N.Leotta n.4 - 90127 PALERMO

provveditorato@arnascivico.it

DATA 19/05/2017
PROT. n. 378

Agli operatori economici interessati

Oggetto: gara emodinamica bacino Sicilia occidentale – chiarimenti “3”-

In riferimento alla procedura aperta in epigrafe, si rappresenta quanto segue:

- 1) lotto n.340: non è previsto per l'uso di questo kit dispersione significativa di liquidi per cui la specifica (camice super assorbente) resta. Vedasi anche precedente chiarimento sull'argomento;
- 2) lotto n. 341: il sistema di attacco significa compatibilità con sistema per FFR OCT Ivus;
- 3) lotto n. 342: le etichette devono essere blu e rosse senza nessuna scritta;
- 4) lotto n.468: l'ago deve essere ipodermico 20G, 1 1/2" inch; per il sistema di immobilizzazione vedasi “chiarimenti 2” ; per il disco umidificatore fondamentale è che esso mantenga le guide umide;
- 5) lotto n.738: le dimensioni sono quelle standard;
- 6) lotto n.741: è fondamentale che il dispositivo contenga/supporti le guide;
- 7) lotto n. 820: la guaina deve essere sterile; si richiedono 2 etichette per eparina e 2 etichette per nitrati; l'applicatore deve essere colorato da 26 ml;
- 8) solo nell'allegato A1 vanno inserite le relative richieste dichiarazioni;
- 9) capacità economica e finanziaria: se per comprovate ragioni il bilancio 2016 non fosse ancora approvato, potrà essere considerato il triennio 2013-2015;
- 10) lotti nn. 610,611,612,613,614,615 e 616: I relativi kit **devono intendersi senza fiala di lidocaina.**

Il Direttore UOC Provveditorato
Dott.ssa Nora Virga