



Civico Di Cristina Benfratelli

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Prot. 3558/AAGGu

Palermo 14.07.2017

Al Direttore U.O.C. Provveditorato

SEDE

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura in somministrazione per tre anni di arredi sanitari da destinare alle varie UU.OO. dell'ARNAS.
Idoneità prodotto – poltrona relax

In riscontro alla nota prot. n. 135 del 13/07/2017, la scrivente Commissione tecnica ha proceduto al riesame del prodotto contraddistinto con il codice _____ – poltrona relax – fornito dalla ditta DOIMO MIS srl.

Da detta verifica si è appurato che il basamento non risulta allineato alla seduta seppur la ditta di che trassi, in sede di chiarimenti richiesti su detta tematica, ha dichiarato che *“il basamento della poltrona relax offerta è allineato alla seduta come si può riscontrare dall'immagine presente in scheda tecnica a pag. _____”*.

Tale conclusione è stato possibile desumerla dall'elaborato denominato “schede di sicurezza” da pag. _____ a pag. _____ e dall'immagine presente sul sito della ditta DOIMO MIS srl. corrispondente al codice prodotto _____

Distinti saluti.

Il Presidente della Commissione
(Ing. V. Spera)