

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
OSPEDALI CIVICO – G. DI CRISTINA – BENFRATELLI
Piazza N. Leotta n. 4 – 90127 PALERMO – P.Iva n. 05841770828

VERBALE DI GARA N° 3

Procedura aperta annuale, per la fornitura quinquennale con eventuale periodo di rinnovo di due anni, nonché con eventuale ulteriore proroga di sei mesi, di sistemi, di service, per medicina trasfusionale.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventitre del mese di maggio, alle ore 9,30 in Palermo presso la sede dell' ARNAS Civico Di Cristina e Benfratelli, si riunisce in seduta riservata, la Commissione di Gara, nelle persone di:

- Dott. Giovanni DE FRANCISCI, nella qualità di Presidente
- Dott. Alessio PARCO, nella qualità di componente tecnico
- Avv. Deborah CRISTINA, nella qualità di componente giuridico


Premesso che:

- in seno al verbale del 16/5/2017, la Commissione si era riservata di sollecitare chiarimenti a due delle ditte partecipanti del lotto n.1, e precisamente alla Biomedica Foscama Group s.p.a. ed alla Promedical s.r.l., in ordine ai reciproci rapporti intercorrenti tra di esse, stante l'identità di alcune c.d. schede tecniche dalle stesse presentate;
- in esito al suddetto sollecito, inoltrato dalla Commissione tramite pec del 16/5/2017, entrambe le ditte in questione provvedevano a darne riscontro tramite proprie note, datate 17/5/2017;
- con nota datata 18/5/2017, la Promedical riteneva di ritirare la propria offerta limitatamente al lotto 1, stante il contenzioso legale in atto contro Biomedica Foscama, la cui udienza è fissata in data 14.12.17,

tutto quanto sopra in premessa,

la Commissione prende atto della rinuncia, da parte della ditta Promedical s.r.l., di partecipare all'odierna gara per il lotto 1 e prosegue, come previsto in seno allo scorso verbale, nella valutazione tecnica dei lotti in gara.

Si procede alla valutazione, quindi, del lotto N° 2 delle ditte Partecipanti Fresenius Ka e Promedical, rinviando ad altra seduta la valutazione dell'offerta della ditta Biomedica Foscama per il lotto N° 1.



All'esito positivo della valutazione tecnica dei requisiti minimi di entrambe le linee, la Commissione passa alla valutazione dei requisiti di qualità richiesti dal bando e procede alla attribuzione del punteggio, come da seguente griglia


	Caratteristiche delle sacche per raccolta e scomposizione sangue	Punti	Promedical	Fresenius
1	Blocco meccanico con cannula a frattura posta in modo da impedire qualsiasi contaminazione da CPD garantendo una linea priva di anticoagulante dall'ago al minibag. (voce 1 e 2)			
	Presente	3	3	
	Assente	0		0
2	Provetta in linea nella sacca madre (voce 1 e 2)			
	Presente	4	4	
	Assente	0		0
3	Provetta in linea nella sacca del plasma (voce 1)			
	Presente	3	3	
	Assente	0		0
4	Caratteristiche Scompositori automatici.			
	Assenza di compressore	4	4	4
	Presenza di compressore	0		
5	Sistema di apertura cannule presenti nelle sacche da scomporre			
	Automatico	5	5	5
	Manuale	0		
6	Trasferimento della soluzione conservante SAGM nel concentrato eritrocitario con priming del filtro			
	Presenza	5	5	5
	Assenza	0		
7	Sistema di collegamento Wi-fi al Pc			
	Presente	5	5	5
	Assente	0		
8	Dispositivo paraschizzi per la copertura integrale di sacche, tubatismi e porte d'ingresso, per la protezione dell'operatore da rotture accidentali.			
	Presente	5	5	
	Assente	0		0
9	Caratteristiche Bilance miscelatrici per raccolta sangue			
	Visualizzazione funzioni stato delle bilance su maxischermo			
	≥ 4 funzioni visualizzate	5	5	5
	< 4 funzioni visualizzate	0		
10	3 o più volumi standard pre-programmati personalizzabili			
	Si	5	5	5
	No	0		
11	Sistema di trasmissione dati in modalità wireless			
	Presente	5	5	5
	Assente	0		

11 12


12	Caratteristiche Connettore sterile			
	Con lamelle	1	1	1
	Senza lamelle	0		
13	Caratteristiche Sistema di apertura delle provette in linea alla sacca			
	Sistema Automatico di apertura/taglio.			
	Presente	5	5	5
	Assente	0		
14	Manutenzione ordinaria e straordinaria entro 24 ore tutti i giorni dell' anno, incluso i giorni festivi			
	Si	5	5	5
	No	0		
	TOTALE		60	45

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13:30 e rinvia le operazioni di gara alla seduta riservata del 29/5/2017, ore 9.30, ai fini del prosieguo della valutazione dei progetti tecnici.

Il Presidente



Il Componente tecnico



Il Componente giuridico

