

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 001268

del 28 LUG. 2017

OGGETTO: aggiornamento tecnologico e spostamento dell' apparecchiatura radiologica digitale diretta DR 9000 in dotazione al piano terra del Pronto Soccorso del PO. Civico Contratto annuale di manutenzione full risk. Affidamento a casa madre Carestream ai sensi del comma 2, lettere b.2 e b.3, dell'art. 63 del D.Lgs 50/2016.

**U.O.C. PROPONENTE
GESTIONE TECNICA**

QUADRO ECONOMICO PATRIMONIALE
B U D G E T
Bilancio 2017

N° Centro di costo: Radiologia

N° Conto Economico 5.03.03.01.0101

Ordine _____

Budget assegnato (Euro) _____

Budget già utilizzato (Euro) _____

Budget tot. presente atto € 40.999,32 IVA inclusa

Disponibilità residua di budget (Euro) _____

Non comporta ordine di spesa

Proposta n. 150 del 25-07-2017

Il Responsabile Pos. Org. Progettazione Edilizie
Arch. Vincenzo Campo

DIRETTORE DELLA U.O.C.
Arch. A. G. Bono

**U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO
ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO
Esercizio 2017**

Prot. n. _____ del _____

N° Conto economico _____

N° Conto Patrimoniale _____

Importo (Euro) _____

Prima nota contabile _____

Il Funzionario
.....

Il Direttore del U.O.C.
.....

Mandato n. del

Il Funzionario
.....

Il Direttore del U.O.C.
.....

L'anno duemiladiciasette giorno ventotto del mese di luglio, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Direttore Generale Dr. Giovanni Migliore, nominato con Delibera della Giunta di Governo della Regione Siciliana n.129 dell'11/06/2014, assistito da Sig. G. G. G. G., quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

28 LUG 2017

Il Direttore della U.O.C. Gestione Tecnica Arch. G.A. Bono,

Premesso:

che con atto deliberativo n. 1599 del 21/11/2015 si è provveduto a prendere atto della sentenza del C.G.A. n. 650/2015 reg. prov. coll. n. 00480/2015 Reg. Sic. procedendo, in esecuzione alla stessa, ad aggiudicare in via definitiva l'appalto dei lavori di ampliamento del Pronto Soccorso alla ditta RTI Grippi Impianti e Rera Costruzioni s.r.l. per l'importo di € 2.243.971,22 al netto del ribasso d'asta complessivo del 10,9688%; che i suddetti lavori sono stati consegnati con verbale del 28/10/2016 e che sono in corso di esecuzione; che in particolare, a seguito della redazione di una perizia di variante e suppletiva, il cronoprogramma dei lavori è stato strutturato in due macro fasi, temporalmente consecutive, che prevedono la realizzazione della nuova struttura di ampliamento e successivamente la ristrutturazione degli ambienti di Pronto Soccorso;

Atteso che, i lavori relativi alla prima fase sono ultimati e che le attività di Pronto Soccorso sono state già temporaneamente trasferite nei nuovi locali realizzati al fine di consentire di ristrutturare velocemente e senza soluzione di continuità le aree utilizzate dal pronto Soccorso;

rilevato che all'interno dell'Area di pronto soccorso è presente una apparecchiatura radiologica digitale diretta DR 9000, che deve essere necessariamente dismessa e trasferita al piano primo presso la U.O. di Radiologia;

rilevato che con la deliberazione n. 631 del 24/04/13 era stata approvato il contratto triennale di manutenzione della ditta Carestream per l'apparecchiatura radiologica digitale diretta DR 9000 di cui si tratta, per il periodo 01/03/13 al 29/02/16, per un importo annuale di € 33.606,00 IVA esclusa e per un totale del triennio di € 100.818,00 IVA esclusa;

Preso atto che la diagnostica digitale diretta non è ricompresa nell'elenco delle apparecchiature in gestione al servizio esterno di ingegneria clinica, di cui allo specifico allegato di contratto;

Visto l'art.3.1 della "Guida alla convenzione Consip-Servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali-Lotti 1-2-3-4", a cui fa riferimento il contratto in vigore con la ditta Tecnologie Sanitarie, per il quale i sistemi per radiologia digitale e telecomandati radiologici sono esclusi dalla convenzione Consip;

Visto il D.L.46/1997 e la Direttiva 93/42, in cui è stabilito che tutte le operazioni di manutenzione e di verifica periodica di sicurezza devono essere effettuate secondo le indicazioni fornite dal fabbricante al fine del mantenimento del marchio CE;

Considerata l'urgenza di procedere allo spostamento della suddetta apparecchiatura si è provveduto a richiedere alla casa madre e costruttrice Carestream, che tra l'altro negli anni passati ha curato la manutenzione della stessa macchina, come precedentemente indicato, a presentare un preventivo di spesa per l'assistenza tecnica con adeguamento tecnologico della digital radiography dr;

Visto il preventivo prot. n. 216.17.D.S/FT/CR del 6/7/2017 (**All."A"**) con la quale la ditta propone sia l'adeguamento dell'hardware con il modello di nuova generazione che l'aggiornamento del software gestionale e di elaborazione delle immagini diagnostiche, compreso la rimozione dell'hardware obsoleto dai locali del Pronto Soccorso nonché un programma di Assistenza Tecnica "Full Performance Premium" della durata di n. 3 anni a decorrere dall'avvenuta esecuzione delle attività di adeguamento tecnologico a fronte di un importo annuale pari a Euro 35.000,00/anno oltre IVA.

Rilevato che il preventivo sopra indicato presenta diversi aspetti di convenienza:

- infatti, il costo complessivo sostenuto nel triennio 2013/2016 per la sola manutenzione di un'apparecchiatura obsoleta è di complessivi € 100.818,00 IVA esclusa, mentre il costo da sostenere nel triennio 2017/2020 di € 105.000,00 Iva esclusa, comprende invece l'adeguamento dell'hardware con il modello di nuova generazione, l'aggiornamento del software gestionale e di elaborazione delle immagini diagnostiche, la rimozione dell'hardware obsoleto nonché la manutenzione full risk dell'apparecchiatura per un triennio;
- il costo dell'apparecchiatura nuova è pari ad € 95.000,00 iva esclusa, sulla quale pur avendo la garanzia sul macchinario, questa non prevederebbe né le attività di manutenzione ordinaria, né tanto meno gli interventi di manutenzione straordinaria causati da guasti accidentali non rientranti in garanzia, che invece vengono coperti dal contratto di manutenzione full risk,

per cui si conferma la congruità dell'offerta prot. n. 216.17.D.S/FT/CR del 6/7/2017 presentata dalla ditta Carestream, atteso infine, che il costo verrebbe sostenuto in tre esercizi finanziari;


Atteso che il costo di cui al presente provvedimento pari ad € 128.100,00 IVA inclusa verrà rilevato con ordini OTEC sul conto 5.03.03.01.0101 al centro di costo Radiologia per l'esercizio economici del triennio 2017/2020 ed inciderà per € 42.700 annui, compreso IVA;

Visto il comma 2, lettere b.2 e b.3, dell'art. 63 del D.Lgs 50/2016;


Dato atto della regolarità dell'istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente Proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata;

ritenuto, infine, di disporre l'immediata esecutività del presente provvedimento, per i motivi d'urgenza rappresentati nelle premesse del presente atto deliberativo;

Sul presente atto viene espresso

parere  dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Vincenzo Barone

parere  dal

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Rosalia Murè

ASSELENTE

IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- preso atto dei i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,


DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Giovanni Migliore
Provvedimento assunto in virtù dei poteri
di cui alla L. n. 444/94 e dell'art. 1 della
L.R. n. 22/95 e s.m.i., giusta nota Pres.
Reg. Sic. n. 53930 del 29.06.17.
Il Direttore Generale
Dr. Giovanni Migliore

Il Segretario verbalizzante



PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 30 LUG. 2017 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

- Non sono pervenute opposizioni
- Sono pervenute opposizioni da _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

- Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.
- Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7.



IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il _____ Prot. n. _____

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. _____ del _____ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. _____ del _____ come da allegato

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni
