

N. 1 ELETTROBISTURI DA DESTINARE AL PRONTO SOCCORSO

SCHEDA TECNICA

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	CASELLA DOVE LA DITTA DEVE DICHIARARE DI POSSEDERE O MENO LA CARATTERISTICA TECNICA RICHIESTA CON SI O NO	EVENTUALI NOTE
1. Elettrobisturi con modulo a gas ARGON		
2. gestione automatica degli effetti, almeno, relativi al taglio, comandati in tempo reale da microprocessori in funzione delle variabili riscontrate		
3. dotato di modalità di correnti specifiche sia di taglio sia di coagulo ad hoc per usi anche endoscopici		
4. La gestione dell'unità ad ARGON deve essere effettuata mediante l'unità elettrochirurgica e tale modulo dovrà prevedere oltre che il classico effetto della coagulazione ad argon, anche la modalità ad argon pulsato		
