

LETTINO PEDIATRICO DA RIANIMAZIONE DA DESTINARE ALLA SEMINTENSIVA PEDIATRICA

SCHEDA TECNICA

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	CASSELLA DOVE LA DITTA DEVE DICHIARARE DI POSSEDERE O MENO LA CARATTERISTICA TECNICA RICHIESTA CON SI O NO	EVENTUALI NOTE
1. letto a quattro sezioni ad altezza variabile		
1. spondine trasparenti e abbattibili		
2. schienale e femorale con comando elettrico		
3. piano di coricamento laminato plastico radiotrasparente		
4. con alloggiamento per lastra radiologica		
5. dotato di accessori (portaflebo, materasso)		