

## URODINAMICA (UROFLUSSOMETRIA E CISTOMANOMETRIA)

Unità centrale di controllo munita di:

a) Pompa volumetrica per infusione

b) Accessori e cavi per la messa in funzione

c) Materiale di consumo – Kit monouso (100 pezzi/anno) costituito da:

- tubo pompa trasduttore di pressione
- trasduttori di pressione
- catetere cistomanometrico
- catetere addominale
- linee di estensione per collegamento paziente - macchina

### Caratteristiche tecniche del prodotto

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	CASSELLA DOVE LA DITTA DEVE DICHIARARE DI POSSEDERE O MENO LA CARATTERISTICA TECNICA RICHIESTA CON SI O NO	EVENTUALI NOTE
a) e b) Modulo di urodinamica per le operazioni urodinamiche di base: cistomanometria e flussimetria utilizzabile con consumabile dedicato, munito di: <ul style="list-style-type: none"><li>- software di base per la registrazione dei dati (misurati e dati di immagine)</li><li>- sistema di controllo con PC portatile e unità di documentazione con stampante dedicata</li><li>- uroflussometria: trasduttore di peso con range di flusso 0-50 ml/sec, volume 0-900 ml</li><li>- Pressione: numero di canali 1-5, trasduttori standard a colonna d'acqua, campo di misura -50 +250 cm H<sub>2</sub>O</li><li>- EMG: moduli esterni con preamplificatore integrato su cavo con elettrodi sostituibili, frequenza 1 Hz-10 Hz, EMG di elaborazione busta e curva EMG</li><li>- Puller: impermeabile con supporto per cateteri sterilizzabile, velocità di estrazione 0,5,1,2,3,4,5 mm/sec, lunghezza utile 200 mm</li><li>- pompa cistometrica/profilometrica: intervallo 0,5-100 ml/min</li></ul> c) materiale consumabile: <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 catetere per la pressione vescicale con diametro compreso tra 6 e 9 Fr</li><li>- 1 catetere per la pressione addominale di diametro compreso tra 6 e 10 Fr</li><li>- 3 trasduttori di pressione a colonna d'acqua</li><li>- 2 linee di estensione</li><li>- 1 tubo pompa compatibile con pompa strumento</li></ul>		

CASELLA DOVE LA DITTA DEVE DICHIARARE SE E' DISPOSTA A FORNIRE L'ATTREZZATURA IN COMODATO D'USO CON L'ACQUISTO DEL MATERIALE DI CONSUMO – SE SI, INDICARE IL PREZZO DEL MATERIALE DI CONSUMO PER PEZZO

**Se la ditta non è disposta a fornire in comodato d'uso**

CASELLA DOVE LA DITTA DEVE DICHIARARE IL PREZZO ORIENTATIVO DI MERCATO DELL'ATTREZZATURA E DEL MATERIALE DI CONSUMO