

## BIOFEEDBACK PER RIABILITAZIONE PERINEALE

**Modulo centrale di acquisizione e visualizzazione dati munito di:**

**a) Sonde anali monopazienti per stimolazione endoanale lunghezza 108 mm (50 pezzi /anno)**

**b) Sonde anali monopazienti per stimolazione endoanale lunghezza 85 mm. (50 pezzi/anno)**

### Caratteristiche tecniche del prodotto

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	CASELLA DOVE LA DITTA DEVE DICHIARARE DI POSSEDERE O MENO LA CARATTERISTICA TECNICA RICHIESTA CON SI O NO	EVENTUALI NOTE
Elettrostimolatore e biofeedback computerizzato per riabilitazione del pavimento pelvico, dotato di 4 canali EMG/ETS/STIM comprensivo di kit per utilizzo del dispositivo su PC		
a) e b) Sonda anale monopaziente ergonomica anti-uscita per EMG e BFB con 2 placche circolari lunghezza 85 mm e 108 mm		

CASELLA DOVE LA DITTA DEVE DICHIARARE SE E' DISPOSTA A FORNIRE L'ATTREZZATURA IN COMODATO D'USO CON L'ACQUISTO DEL MATERIALE DI CONSUMO – SE SI, INDICARE IL PREZZO DEL MATERIALE DI CONSUMO PER PEZZO

### Se la ditta non è disposta a fornire in comodato d'uso

CASELLA DOVE LA DITTA DEVE DICHIARARE IL PREZZO ORIENTATIVO DI MERCATO DELL'ATTREZZATURA E DEL MATERIALE DI CONSUMO