



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AREA Provveditorato

Piazza Nicola Leotta, 4
90127 Palermo

Telefono
091 6662655

FAX
091 6662672

EMAIL
provveditorato@arnascivico.it

WEB
www.arnascivico.it

Prot. n. 169 del 29/09/2017

Spett.le Ditta

OGGETTO: Indagine di mercato per l'acquisto di sistemi ingrandenti per U.O.C. Maxillo Facciale e U.O. Chirurgia Plastica e Ustioni del P.O Civico. dell'ARNAS.

Questa Amministrazione deve procedere ad acquistare il materiale di cui in oggetto, le cui caratteristiche tecniche sono allegare in calce alla presente.

A tal fine intende verificare:

- 1) se codesta ditta dispone di prodotti aventi **caratteristiche collimanti** con quelle appresso descritte;
- 2) il prezzo di mercato (non il prezzo di listino) **formulato per singolo pz e per confezione, nonchè il prezzo complessivo** ;
- 3) se i prodotti sono presenti sul MEPA , indicandone i codici al fine di rintracciarli sul MEPA.

Qualora dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste,

A tal proposito **si raccomanda di non inviare schede tecniche dei prodotti proposti.**

Si prega di volere dare riscontro alla presente entro e non oltre il 05/10/2017 alla seguente email:rosaliavaleria.miceli@arnascivico.it all'att. della D.ssa Valeria Miceli.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 091.6662655-fax 091/6662672.

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.

D'ORDINE
IL DIRETTORE FF.AREA PROVVEDITORATO
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. V. Barone

Oggetto : Approvvigionamento urgente occhiali ingrandenti

Si richiede per le U.O.C. Di Maxillo ; Plastica e Ustioni sistemi ingrandenti che permettono un'estrema precisione nell'atto chirurgico e soprattutto nella microchirurgia.

L'utilizzo dei sottodescritti ingranditori permette la visione dei contorni ben definita di vene , arterie e dei piani di clivaggio indispensabile durante l'esecuzione di lembi rivascularizzati e nelle emostasi ed in tutti gli interventi oncologici e nella microtraumatologia .

La visione viene magnificata dall'apporto di fonti luminose che vengono montate sugli occhiali completamente personalizzati e progettati sul singolo operatore così da renderli performanti al massimo livello.

Dotati di Lenti a rivestimento multiplo con almeno 7 strati , caratteristiche per ottenere un'ottima definizione degli organi e di seguire agevolmente i piani di clivaggio , essa permette che l'immagine ingrandita non subisca traslazioni ed i colori non creino confusione nel campo operatorio.

Occhiali interamente costruiti su misura , dalla montatura adeguabile alla propria fisionomia , distanza di lavoro effettiva e non precostituiti di 5 cm in cm 5, correzione riflettanza al 99,5% per ottenere massima definizione dei contorni e dei colori con l'eliminazione dell'incorretta trasmissione della luce.

La fonte luminosa autonoma con batterie e microproiettore solidale all'occhiale e all'occorrenza disinseribile totalmente con qualità di luce sino a 7500 candele.

Il sistema di acquisizione immagine con ingrandimento uguale ai sistemi ingrandenti utilizzati dall'operatore con possibilità di registrare , fotografare la stessa visione del campo operatorio , con microfono e con fonte a led.

I binocoli devono essere posizionati nella lente portante ad altezza desiderata , permettendo la visuale al di sotto del binocolo ; con lenti portanti con possibilità di doppia correzione con scelta dell'ampiezza delle due parti corrette e possibilità di inclinazione binocoli secondo esigenze chirurgiche .

Pertanto si richiedono per i seguenti operatori la dotazione di sistemi ingrandenti :

- 1 Sistema ingrandente kleperiano 2.5 X

- 1 Sistema ingrandente kleperiano 2.5 X
- 1 Sistema ingrandente kleperiano 2.5 X
- 1 Sistema acquisizione immagini
- 3 Caschetti Fonti Luminose da sala operatoria
- 5 Caschetti policarbonato da ambulatori

L'azienda fornitrice deve assicurare la possibilità di trasferire il sistema ingrandente ad altro operatore , montatura e binocoli con garanzia a vita e possibilità di modificare distanza di lavoro senza aggravii di così entro 180 giorni dalla consegna , assistenza per eventuali aggiornamenti a nuove ricette oculistiche .