



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

CHIARIMENTI *N. 2*

In relazione alla procedura aperta Procedura aperta per la fornitura quinquennale, con eventuale periodo di rinnovo di due anni, di sistemi per il Laboratorio Specialistico di Oncologia, per Anatomia Patologica e per l'U.O. Patologia Clinica P.O.Civico e per l'U.O. Microbiologia Virologia da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,

QUESITO n. 1

REAGENTI PER I CITOFUORIMETRI E PREPARATORE DI PROPRIETÀ, UBICATI PRESSO I LABORATORI ANALISI P.O. CIVICO E P.O. DI CRISTINA

Punto 11) Allergenicity kit

Si chiede all'ente di precisare la tipologia di test richiesti, ossia per quale applicazione vengano richiesti i reagenti in oggetto.

Risposta n.1

Si precisa che " 11) Allergenicity kit" viene utilizzato come un "Test per lo studio dell'attivazione dei basofili" e prevede l'utilizzazione del marcatore CD203c; si prenderanno in considerazione anche offerte di reagenti che abbiano una funzione equivalente

Quesito n. 2

Offerta economica

In riferimento alla compilazione dell'offerta economica secondo il Vs. schema "Allegato A4" – tabella campi obbligatori, si chiede di specificare cosa s'intende per

- Descrizione a Char (40)
- Descrizione Aggiuntiva a Char (40)

Risposta n.2

- La dicitura "Char" si riferisce al numero di caratteri e cioè al numero delle lettere utilizzate nella descrizione,
- La dicitura descrizione aggiuntiva fa riferimento alla specifica del prodotto

IL DIRETTORE F.F. DEL PROVVEDITORATO
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Vincenzo Barone