Procedura aperta per la fornitura quinquennale di Sistemi per il Laboratorio Specialistico di Oncologia, per Anatomia Patologica

Da: "SCIBETTA NUNZIA" <nunzia.scibetta@arnascivico.it>

23/11/2017 12:57

A: provveditorato@arnascivico.it

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura quinquennale, con eventuale periodo di rinnovo di due anni, di Sistemi per il Laboratorio Specialistico di Oncologia, per Anatomia Patologica e per l'U.O. Patologia Clinica P.O. Civico e per l'U.O. Microbiologia Virologia da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Lotto 2: Fornitura di piattaforma automatizzata per il sequenziamento Next generation Sequencing per il laboratorio specialistico di oncologia e per l' UOC Anatomia Patologica, richiesta chiarimenti Ditta AB Analitica.

In risposta al quesito n. 3, contenuto nella richiesta di chiarimenti inviati ~~alla Ditta AB Analitica~~ della quale sono venuta a conoscenza in data odierna, quesito qui di seguito riportato: "Si chiede a quale lista di geni e numeri di test ad essi associati bisogna fare riferimento: se a quelli indicati a pag. 21 o a quelli indicati a pag 22, perchè non c'è corrispondenza univoca" si rappresenta quanto segue.
Per quanto riguarda "la lista dei geni", per i geni di interesse generale bisogna fare riferimento a quelli indicati a pagina 21, laddove resta inteso che "per singola reazione" si deve fare riferimento all'analisi di un singolo gene o di un gruppo di geni correlati ad una specifica neoplasia.
Per quanto riguarda " il numero dei test ad essa associati" della UOC di Anatomia Patologica bisogna fare riferimento, -sia per quanto riguarda il numero dei test per singolo gene, che il numero totale dei test- , a quelli indicati a pagina 22 ,dove sono compresi anche i kit di estrazione da DNA da tessuto e plasma, indispensabili per l'esecuzione delle analisi dei geni elencati.
Si rimane a disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti e si inviano cordiali saluti.
Dott.ssa Nunzia Scibetta