



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

UOC PROVVEDITORATO

Piazza Nicola Leotta, 4
90127 Palermo

Telefono

091 6662680

FAX

091 6662672

EMAIL

provveditorato@arnascivico.it

giuseppe.salamone@arnascivico.it

WEB

www.arnascivico.it

PROT. 225 del 23/10/2017

Spett.le Ditta

Fax _____

OGGETTO: Indagine di mercato per il noleggio di "due sistemi di insufflazione " con relativo acquisto dello strumentario dedicato da destinare alle UU.OO.C, di Chirurgia Oncologica e Chirurgia Pediatrica dell'Arnas Civico e G. Di Cristina , Benfratelli " .

Questa Amministrazione deve procedere al noleggio di "due sistemi di insufflazione " con relativo acquisto dello strumentario dedicato da destinare alle UU.OO.C di Chirurgia Oncologica e Chirurgia Pediatrica dell'Arnas , meglio identificati nel capitolato tecnico allegato alla presente .

A tal fine intende verificare:

- 1) se codesta ditta dispone di materiali aventi **caratteristiche corrispondenti** con quelle descritte nell'allegato capitolato;
- 2) il prezzo di mercato (non il prezzo di listino), riferito all'unità di misura e non alla confezione;
- 3) CND – descrizione – nome commerciale - e codice articolo del prodotto offerto .

Qualora dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, a tal proposito **si raccomanda che non occorre inviare schede tecniche.**

La risposta in merito al possesso delle caratteristiche tecniche ed ai prezzi di mercato da indicare per ciascun prodotto deve seguire l'ordine e le indicazioni numeriche dei lotti riportati nel capitolato ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.


Si resta in attesa di riscontro alla presente con urgenza e comunque non oltre il 06.11.2017 a mezzo fax al seguente numero di fax 091.6662672 e/o o tramite e-mail : provveditorato@arnascivico.it; giuseppe.salamone@arnascivico.it (c.a. Rag. G. Salamone).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Rag. Giuseppe Salamone al seguente numero telefonico 091.6662680.

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.

Si prega di voler comunicare alla scrivente UOC Provveditorato se la Ditta è iscritta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

D'ORDINE DEL
DIRETTORE F.F. DEL PROVVEDITORATO
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Vincenzo Barone



CAPITOLATO TECNICO

Sistema per insufflazione e mantenimento stabile del pneumoperitoneo durante le procedure di chirurgia laparoscopica, che consente inoltre l'eliminazione e il filtraggio dei fumi della coagulazione. Tale sistema consente di riciclare e filtrare la CO2 attraverso un filtro specifico, permettendo di mantenere nitida la visione durante tutta la durata dell'intervento, senza la necessità di aspirare i fumi ed evitando di immettere gli stessi nella sala operatoria e quindi evitare l'esposizione dell'equipe medica ai fattori di rischio correlati all'inalazione. Il funzionamento del sistema è dato da un trocar senza valvola, monouso, collegato alla centralina mediante un set di tubi a tre vie con filtro, che consente di realizzare il pneumoperitoneo grazie ad una lamina continua di CO2, sulla testa del trocar stesso, che esercita una pressione superiore a quella intra-addominale e consente quindi di utilizzare gli strumenti laparoscopici senza attrito con agevole rimozione dei pezzi anatomici.

Il sistema comprende:

- n. 02 unità centrali
- n. 30 trocar dedicati monouso da 5 mm ----- fabbisogno annuale
- n. 78 trocar dedicati monouso da 12 mm ----- fabbisogno annuale
- n. 58 set tubi monouso da 3 lumi con filtro ----- fabbisogno annuale

Strumentario pluriuso autoclavabile a ciclo ferri composto da inserto, stelo isolato, vite, con n.2 2l2m2nti di impugnatura in acciaio provvista di cremagliera esterna con piccolo o grande anello a scelta, diametro 3 mm, lunghezza 31 cm, esterno isolato elettricamente, ad elevata rigidità e robustezza, elettrificabili con corrente monopolare, comprensivi di pinza fenestrata con morso di lunghezza 15 mm, utilizzabili con trocar a punta smussa elicoidale asimmetrica dilatante di diametro esterno non superiore a 3,8 mm, provvisti di valvola in silicone pre-lubrificata, acciaio di elevata qualità, provvisti di ghiera differenziata da codice colore, meccanismo di montaggio/smontaggio a vite, inserto forbici curve fornito imbustato singolarmente sterile.

Set strumentario composto da:

- n. 04 trocar completi alt. 6 cm;
- n. 04 trocar completi alt. 7,5cm;
- n. 02 dissectori Maryland lungh. 31 cm;

Foglio1

- n. 02 dissettori a "S" lungh. 31 cm;
- n. 02 pinze fenestrate di cui una morso mobile, morso da 15 mm. lungh. 31 cm ;
- n. 02 pinze fenestrate di cui una morso mobile, morso da 15 mm. lungh. 20 cm ;
- n. 01 pinza per presa Grip lungh. 31 cm;
- n. 01 pinza per presa Grip lungh. 20 cm;
- n. 02 forbici metzenbaum con due lame mobili monopolari;
- n. 04 inserti per forbici da 3 mm;
- n. 01 pinza atraumatica ciutech;
- n. 02 portaghi retti;
- n. 02 uncini monopolari pluriuso a 90° lungh. 31 cm;
- n. 02 uncini monopolari pluriuso a 90° lungh.20cm;
- n. 02 cannule in acciaio pluriuso, rivestite in teflon con fori laterali, lungh 31 cm
- n. 01 confezione valvole per trocar