



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

UOC PROVVEDITORATO

Piazza Nicola Leotta, 4
90127 Palermo

Telefono

091 6662680

FAX

091 6662672

EMAIL

provveditorato@arnascivico.it

giuseppe.salamone@arnascivico.it

WEB

www.arnascivico.it

PROT. 222 del 23/10/2017

Spett.le Ditta

Fax _____

OGGETTO: Indagine di mercato per l'acquisto di "materiale specialistico per la ricostruzione di chirurgia oncologica e traumatologica" da destinare all' U.O.C di Chirurgia Maxillo-Facciale dell'Arnas Civico e G. Di Cristina , Benfratelli ".

Questa Amministrazione deve procedere all'acquisto di "materiale specialistico per la ricostruzione di chirurgia oncologica e traumatologica" da destinare all'U.O.C di Chirurgia Maxillo Facciale dell'Arnas , meglio identificati nel capitolato tecnico allegato alla presente .

A tal fine intende verificare:

- 1) se codesta ditta dispone di materiali aventi **caratteristiche corrispondenti** con quelle descritte nell'allegato capitolato;
- 2) il prezzo di mercato (non il prezzo di listino), riferito all'unità di misura e non alla confezione;
- 3) CND – descrizione – nome commerciale - e codice articolo del prodotto offerto .

Qualora dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, a tal proposito **si raccomanda che non occorre inviare schede tecniche.**

La risposta in merito al possesso delle caratteristiche tecniche ed ai prezzi di mercato da indicare per ciascun prodotto deve seguire l'ordine e le indicazioni numeriche dei lotti riportati nel capitolato ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

Si resta in attesa di riscontro alla presente con urgenza e comunque non oltre il 06.11.2017 a mezzo fax al seguente numero di fax 091.6662672 e/o o tramite e-mail : provveditorato@arnascivico.it; giuseppe.salamone@arnascivico.it (c.a. Rag. G. Salamone).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Rag. Giuseppe Salamone al seguente numero telefonico 091.6662680.

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.

Si prega di voler comunicare alla scrivente UOC Provveditorato se la Ditta è iscritta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

**D'ORDINE DEL
DIRETTORE F.F. DEL PROVVEDITORATO
DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Dott. Vincenzo Barone



Capitolato tecnico

Ago per elettrochirurgia dotato di punta ultrasottile con diametro di 5 micron in tungsteno ultra liscia rivestita in polimero per una dissezione dei tessuti molli precisa e pulita. La punta ultrasottile garantisce un'elevata densità di carica localizzata su di essi, permettendo di lavorare a wattaggi molto bassi per una dissezione precisa e pulità dei tessuti molli con minima diffusione danno termico ai tessuti limitrofi, ridotta necrosi con rapida rigenerazione, con proliferazione cellulare e ridotte cicatrice da taglio. Permette dissezione e coagulazione di altissima precisione. Membrane per ricostruzione tissutale in collagene, per un approccio conservativo, in alcuni casi può essere associato con utilizzo di lembi del paziente fungendo schafford per l'integrazione, indispensabile in chirurgia ricostitutiva dopo ampia demoluzione dei tessuti molli.

Sistemi di disgregazione tissutale per tessuti duri e molli che permette di ottenere micro innesti tissutali calibrati in un solo tempo chirurgico, il paziente nello stesso momento e donatore ed accettatore.

Indispensabile nella chirurgia ricostruttiva al fine di permettere dopo ampia demolizione traumatiche e/o oncologiche la rapida rigenerazione tissutale.

Ago in tugsteno diam. 5 micron ultra sottile liscia e rivestito in polimero nelle seguenti misure:

- ^ 20 mm. retto-----fabbisogno annuale pz. 30;
- ^ 30 mm. retto-----fabbisogno annuale pz. 30;
- ^ 40 mm. retto-----fabbisogno annuale pz. 30;
- ^ 20 mm retto, 3 mm angolo 45°----fabbisogno annuale pz.30;
- ^ 30 mm retto, 3 mm angolo 45°----fabbisogno annuale pz.30;
- ^ 20 mm retto, 10 mm angolo 45°--fabbisogno annuale pz.30;
- ^ 20 mm retto, 3 mm angolo 90°----fabbisogno annuale pz.30;
- ^ 76 mm., 10 mm.-----fabbisogno annuale pz. 30;
- ^ 102 mm, 10 mm ----fabbisogno annuale pz. 30;

Membrane di collagene tipo 1 di origine animale che permette l'impiego sia saturata che non modellabile e tagliabile sia asciutta che idratata, con entrambi i versanti impiegabili con porosità <10 micron e collagene 20% tasso di conversione 1/1 documentato scientificamente

- ^ 2,5 x 2,5 ----fabbisogno annuale pz. 12
- ^ 2,5 x 7,5 ----fabbisogno annuale pz. 12
- ^ 5 x 5 -----fabbisogno annuale pz. 10
- ^ 7,5 x 7,5----fabbisogno annuale pz. 8
- ^ 10 x 12,5 ---fabbisogno annuale pz. 8

Come sopra con porosità <0,1 micron e percentuale collagene 46% tasso conversione 1/1



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

- ▲ 2,5 x 2,5 ----fabbisogno annuale pz. 13
- ▲ 2,5 x 7,5 ----fabbisogno annuale pz. 13
- ▲ 5 x 5 -----fabbisogno annuale pz. 10
- ▲ 7,5 x 7,5----fabbisogno annuale pz. 8
- ▲ 10 x 12,5 ---fabbisogno annuale pz. 8
- ▲

Kit per microinnesti calibrati ----fabbisogno pz.50