



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

UOC PROVVEDITORATO

Piazza Nicola Leotta, 4
90127 Palermo

Telefono
091 6662680

FAX
091 6662672

EMAIL
provveditorato@arnascivico.it

giuseppe.salamone@arnascivico.it

WEB
www.arnascivico.it

PROT. 223 del 23/10/2017

Spett.le Ditta

Fax _____

OGGETTO: Indagine di mercato per l'acquisto di "materiale specialistico per chirurgia per patologie a carico del polmone" da destinare all' U.O.C di Chirurgia Toracica dell'Arnas Civico e G. Di Cristina , Benfratelli ".

Questa Amministrazione deve procedere all'acquisto di "materiale specialistico per chirurgia per patologie a carico del polmone" da destinare all'U.O.C di Chirurgia Toracica dell'Arnas , meglio identificati nel capitolato tecnico allegato alla presente .

A tal fine intende verificare:

- 1) se codesta ditta dispone di materiali aventi **caratteristiche corrispondenti** con quelle descritte nell'allegato capitolato;
- 2) il prezzo di mercato (non il prezzo di listino), riferito all'unità di misura e non alla confezione;
- 3) CND – descrizione – nome commerciale - e codice articolo del prodotto offerto .

Qualora dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, a tal proposito **si raccomanda che non occorre inviare schede tecniche**.

La risposta in merito al possesso delle caratteristiche tecniche ed ai prezzi di mercato da indicare per ciascun prodotto deve seguire l'ordine e le indicazioni numeriche dei lotti riportati nel capitolato ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

Si resta in attesa di riscontro alla presente con urgenza e comunque non oltre il 06.11.2017 a mezzo fax al seguente numero di fax 091.6662672 e/o o tramite e-mail : provveditorato@arnascivico.it; giuseppe.salamone@arnascivico.it (c.a. Rag. G. Salamone).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Rag. Giuseppe Salamone al seguente numero telefonico 091.6662680.

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.

Si prega di voler comunicare alla scrivente UOC Provveditorato se la Ditta è iscritta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

D'ORDINE DEL
DIRETTORE F.F. DEL PROVVEDITORATO
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Vincenzo Barone



Capitolato tecnico

L'utilizzo di interventi VATS richiedono il sottoelencato strumentario pluriuso dotato di sistema a membrane autoclavabili che rendono i canali operativi ermetici degli strumenti assicurando ai meccanismi l'isolamento e la completa impermeabilità. Garantendo in tal modo la no contaminazione con il campo operativo.

- Pinze da dissezione senza cremagliera con apertura verso il basso, curva di 30° a sinistra, diam. 4,5 mm, lunghezza di lavoro di 300 mm-----fabbisogno pz. 02;
- Clamp universale ad anelli con morso DeBakey , diam. anello 10mm, con cremagliera, curva 30° verso il basso, diam. 4,5 mm, lunghezza di lavoro 300 mm----fabbisogno pz. 02;
- Mixer clamp senza cremagliera diam. 4,5 mm lunghezza di lavoro di 300 mm ----fabbisogno pz.02
- Portaghi dritto con cremagliera Hegar, morso curvo e corto, diam. 4,5 mm lunghezza di lavoro 300 mm----fabbisogno pz. 02;
- Clamp polmonare con cremagliera, curva 30° verso il basso, curva a sinistra, diam. 4,5 mm, lunghezza di lavoro 300 mm-----fabbisogno pz. 02;
- Forbici Metzenbaum curva a sinistra, curve 30° verso il basso, lunghezza di lavoro 300 mm---fabbisogno pz.02;
- Rubinetto a 3 vie, 10 mm, con connessione a vite----fabbisogno pz. 02;
- Tubo aspirazione con apertura centrale, curvo 30°, diam. 10 mm, con connessione a vite da 10 mm, lunghezza di lavoro di 300 mm----fabbisogno pz. 02;
- Elettrodo curvo 30° verso l'alto, diam. 4,7 mm, lunghezza di lavoro 300 mm-----fabbisogno pz. 02;
- Pompetta per il taccaggio sterilizzabile con tubo dritto , diam. 5 mm, con connettore rotante ----fabbisogno pz. 02;
- Trocar flessibile in titanio, diam. 10,5 mm , lunghezza 70 mm-----fabbisogno pz. 02;
- Trocar flessibile in titanio diam. 0,7 mm, lunghezza 70 mm. -----fabbisogno pz. 02;
- bipolare maryland dissettore doppia azione-----fabbisogno pz. 02;
- bipolare fenestrata preparazione forbice curva ----fabbisogno pz. 02;
- bipolare metzembaum tungsteno curva-----fabbisogno pz. 02;
- bipolare forbice fenestrata-----fabbisogno pz. 02;
- bipolare metzembaum tugsteno curva-----fabbisogno pz. 02;
- bipolare impugnatura rotante-----fabbisogno pz. 02;
- vite con tubo-----fabbisogno pz. 02;



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

- cavo connessione-----fabbisogno pz. 02;
- manipolo-----fabbisogno pz. 02;
- cannula retta bipolare 2.o lunghezza 350 mm-----fabbisogno pz. 02;
- tray porta strumenti completo per vars-----fabbisogno pz. 02;
- contraporta aghi con raddrizza ago-----fabbisogno pz. 02;
- spinginodo-----fabbisogno pz. 02

Pellicola in acido poligliconico multistrato riassorbibile per la prevenzione delle perdite aeree in chirurgia toracica e videotoracoscopica. Il Film, deve essere adesivo, trasparente con marker di riferimento del lato attivo. Tempo di attivazione 30 sec e disponibile nelle dimensioni: 25 x 50 mm. ; 50x50 mm; 100 x50 mm e 100x100 mm

- 25X50 mm.-----fabbisogno annuale pz. 15
- 50 x50 mm.-----fabbisogno annuale pz. 15
- 100 x 50 mm-----fabbisogno annuale pz. 15
- 100 x100 mm-----fabbisogno annuale pz. 15
- Vats guida -----fabbisogno annuale pz. 02
- Vats posizionatore-----fabbisogno annuale pz. 02
- Vats ist. tray-----fabbisogno annuale pz. 02