



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

UOC PROVVEDITORATO

Piazza Nicola Leotta, 4
90127 Palermo

Telefono

091 6662680

FAX

091 6662672

EMAIL

provveditorato@arnascivico.it

giuseppe.salamone@arnascivico.it

WEB

www.arnascivico.it

PROT. 224 del 23/10/2017

Spett.le Ditta

Fax _____

OGGETTO: Indagine di mercato per l'acquisto di "misuratore di pressione intraddominale" da destinare all' U.O.C di Chirurgia Oncologica dell'Arnas Civico e G. Di Cristina , Benfratelli " .

Questa Amministrazione deve procedere all'acquisto di "misuratore di pressione intraddominale" da destinare all'U.O.C di Chirurgia Oncologica dell'Arnas , meglio identificati nel capitolato tecnico allegato alla presente

A tal fine intende verificare:

- 1) se codesta ditta dispone di materiali aventi **caratteristiche corrispondenti** con quelle descritte nell'allegato capitolato;
- 2) il prezzo di mercato (non il prezzo di listino), riferito all'unità di misura e non alla confezione;
- 3) CND – descrizione – nome commerciale - e codice articolo del prodotto offerto .

Qualora dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, a tal proposito **si raccomanda che non occorre inviare schede tecniche**.

La risposta in merito al possesso delle caratteristiche tecniche ed ai prezzi di mercato da indicare per ciascun prodotto deve seguire l'ordine e le indicazioni numeriche dei lotti riportati nel capitolato ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

Si resta in attesa di riscontro alla presente con urgenza e comunque non oltre il 06.11.2017 a mezzo fax al seguente numero di fax 091.6662672 e/o o tramite e-mail : provveditorato@arnascivico.it; giuseppe.salamone@arnascivico.it (c.a. Rag. G. Salamone).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Rag. Giuseppe Salamone al seguente numero telefonico 091.6662680.

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.

Si prega di voler comunicare alla scrivente UOC Provveditorato se la Ditta è iscritta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

D'ORDINE DEL
DIRETTORE F.F. DEL PROVVEDITORATO
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Donato Vincenzo Barone



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

Capitolato tecnico

Misuratore di pressione Abdo-Pressure, versione stand alone, dispositivo per misurare la pressione intraddominale tramite catetere vescicale con le seguenti caratteristiche:

- a) tubo manometrico con scala graduata in mmHg, provvisto alla sua estremità, di un bio-filtro diametro 25 mm, capacità di filtrazione 1,2 micron;
- b) connettore al catetere Foley con porta campionamento Kombikon (senza ago), che permette di campionare urina fresca evitando punture accidentali;
- c) raccordo a y per collegamento a qualsiasi tipo di urinometro o sacca di raccolta per le urine mantenendo il circuito chiuso.

Fabbisogno annuale presunto n. 40