



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AZIENDA OSPEDALIERA DI
RILIEVO NAZIONALE E DI
ALTA SPECIALIZZAZIONE
U.O.C. Provveditorato
Piazza Nicola Lotta, 4
90127 Palermo
Telefono: 091- 6662681
Fax: 091 – 6662301
www.arnascivico.it
e-mail: contocapitale@arnascivico.it
P. IVA 05841770828

AVVISO

Oggetto: Avviso di formulazione di manifestazione di interesse alla fornitura in prova/visione di un microscopio operatorio da destinare al Dipartimento di Chirurgia Pediatrica.

Nell'ambito del processo di aggiornamento tecnologico del parco apparecchiature aziendali, è intenzione di quest'Azienda acquisire in prova/visione, ai sensi del "regolamento aziendale per l'accettazione e l'utilizzazione dei beni in visione o in prova", adottato giusta delibera n.306/2016, la seguente apparecchiatura:

- n.1 microscopio operatorio da destinare al Dipartimento di Chirurgia Pediatrica.

Le caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura da acquisire sono elencate nell'allegata "Scheda tecnica".

A tal fine si intende verificare la disponibilità da parte di ditte presenti sul mercato a fornire in visione/prova per il periodo di sei mesi l'apparecchiatura in oggetto.

Le ditte interessate potranno trasmettere al seguente indirizzo: ARNAS CIVICO, DI CRISTINA e BENFRATELLI – Piazzale Leotta n.4 - 90127 Palermo, U.O.C. Provveditorato, entro e non oltre il giorno 07/11/2017 ore 10,00, un plico recante il seguente oggetto: "Manifestazione di interesse per la fornitura in prova/visione di un microscopio operatorio".

La manifestazione di interesse potrà essere inoltrata in alternativa tramite pec al seguente indirizzo: ape.ospedalecivicopa@pec.it e dovrà contenere le seguenti informazioni:

1. Nome della ditta Interessata e partita IVA
2. Recapito telefonico e numero di fax
3. PEC
4. l'allegata scheda tecnica compilata nelle apposite caselle, al fine di verificare la conformità dell'apparecchiatura offerta in prova/visione a quanto richiesto dall'A.R.N.A.S.

D'ORDINE DEL
DIRETTORE F.F. DEL PROVVEDITORATO
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Vincenzo Barone

N. 1 MICROSCOPIO OPERATORIO DA DESTINARE AL DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA PEDIATRICA

SCHEDA TECNICA

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	CASELLA DOVE LA DITTA DEVE DICHIARARE DI POSSEDERE O MENO LA CARATTERISTICA TECNICA RICHIESTA CON SI O NO	EVENTUALI NOTE
1. Di ultima generazione a sistema di bilanciamento automatico con visione in fluorescenza della perfusione sanguigna dei vasi cerebrali		
2. Corpo ottico compatto in grado di garantire la minore distanza tra oculari ed obiettivo, ampio grado di inclinazione nei movimenti latero-laterali ed antero - posteriore		
3. L'ottica deve garantire la massima luminosità, massima profondità di campo ed una perfetta visione tridimensionale		
4. Stativo mobile a pavimento dotato di un alto grado di mobilità e massima stabilità in fase operatoria		
5. Ampio sbraccio rotabile intorno alla colonna con compensazione dei pesi e ottimale posizionamento in posizione overhead		
6. Base stabile simmetrica dotata di ruote per un facile posizionamento in sala operatoria ed in grado di consentire l'assoluta stabilità anche nelle posizioni estreme		
7. Sistema di bilanciamento automatico sia dello stativo che del corpo ottico		
8. Illuminazione allo xenon con lampada da almeno 300 Watt		
9. Manopole di comando complete di comandi per lo sblocco dei freni elettromagnetici, la regolazione dello zoom, fuoco, e delle funzioni per il controllo dei sistemi		
10. Pedale dotato delle medesime funzioni delle manopole		
11. Tubo binoculare ad inclinazione variabile dotato di dispositivo per regolazione della distanza interpupillare		
12. Oculari dotati di compensazione diottrica per i portatori di occhiali e anelli morbidi		

13. Obiettivo multifocale motorizzato con ampio range		
14. Dispositivo stereo per II° osservatore, orientabile su 3 assi, completo di tubo binoculare ed oculari e sistema di raddrizzamento dell'immagine		
15. Quadro di comando "touch screen" ad ampio display LCD per la visualizzazione dei parametri		
16. Predisposizione per la connessione con i principali sistemi di neuro navigazione presenti sul mercato		
17. Ponte contrapposto per la chirurgia con cooperatori a 180 ° posti sullo stesso asse		
18. Microtelecamera digitale 3 CCD		
19. Sistema di acquisizione immagini digitale integrato dotato di monitor LCD eseguibile direttamente su HD, DVD		
20. Sistema per fluorangiografia intraoperatoria con archiviazione su sistema di acquisizione video del microscopio		