

N. 1 TAVOLO POLI TR A U^{MA} DA DESTINARE AL PRONTO SOCCORSO C/O PAD. EMERGENZE

SCHEDA TECNICA

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	CASELLA DOVE LA DITTA DEVE DICHIARARE DI POSSEDERE O MENO LA CARATTERISTICA TECNICA RICHIESTA CON SI O NO	EVENTUALI NOTE
1. Telaio portante in tubo di acciaio interno al piano rete		
2. Basamento in acciaio verniciato a polveri epossidiche con compassi per il movimento di sollevamento al quale applicare il piano rete		
3. Trendelenburg circa 0° - 15° ControtrendelInburg circa 0° - 12° Regolazione manuale tramite leva con movimento servo assistito		
4. Piano di coricamento costituito da un telaio perimetrale snodato con piani in ABS termo forato facilmente sanabile		
5. Ferma materasso laterali		
6. Altezza variabile e schienale movimentati tramite comando elettrico e pulsantiera e/o a pedale		
7. Gambale regolabile in molteplici posizioni		
8. Tra le due sezioni mobili deve essere presente una sezione fissa per ridurre la diminuzione della pressione addominale quando viene alzato lo schienale.		
9. Le spalle devono essere in tecnopolimero, con pannelli interni in laminato plastico che consentono l'aggancio alle sponde laterali.		
10. Ai 4 lati devono essere presenti adeguate ruote paracolpi e deve essere permesso l'inserimenti dell'asta sollevamento o d'aste porta flebo.		
11. Il letto deve essere lavabile e disinfettabile con impianto elettrico a tenuta stagna. La verniciatura deve essere con polveri epossidiche.		
12. Sponde laterali a scomparsa scorrevoli		
13. Porta padelle, porta pappagallo e porta drenaggi		
14. Impostazione manuale degli allarmi		

dall'operatore o automaticamente dalla macchina con possibilità di silenziare gli allarmi sonori mantenendo attivi quelli visivi		
15. Portata max 230 Kg		
16. Dimensioni totali circa 220x90x80		