



**Civico Di Cristina Benfratelli**  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

**AREA Provveditorato**

Piazza Nicola Leotta, 4

90127 Palermo

**Telefono**

091 6662655

**FAX**

091 6662672

**EMAIL**

[provveditorato@arnascivico.it](mailto:provveditorato@arnascivico.it)

**WEB**

[www.arnascivico.it](http://www.arnascivico.it)

Prot. n. 304 del 23/11/2017

**Spett.le Ditta**

**OGGETTO:** Indagine di mercato per l'acquisto annuale in somministrazione di aghi per aspirato midollare, per biopsia mammaria e aghi con sistema coassiale, nonché l'acquisizione in service di sistema palmare per l'ARNAS.

Questa Amministrazione deve procedere ad acquistare i prodotti di cui in oggetto, le cui caratteristiche tecniche sono allegate alla presente.

A tal fine intende verificare:

- 1) se codesta ditta dispone di prodotti aventi **caratteristiche collimanti** con quelle appresso descritte;
- 2) il prezzo di mercato (non il prezzo di listino) **formulato per singolo pz e per confezione, nonché il prezzo complessivo** ;
- 3) se i prodotti sono presenti sul MEPA , indicandone i codici al fine di rintracciarli sul MEPA.

Qualora dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste,

A tal proposito **si raccomanda di non inviare schede tecniche dei prodotti proposti.**

Si prega di volere dare riscontro alla presente entro e non oltre il 30/11/2017 alla seguente email: [rosaliavaleria.miceli@arnascivico.it](mailto:rosaliavaleria.miceli@arnascivico.it) all'att. della D.ssa Valeria Miceli.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 091.6662655-fax 091/6662672.

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.

IL DIRETTORE FF AREA PROVVEDITORATO  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dr. V. Barone

Si richiede con carattere di urgenza, l'acquisizione in service di quanto segue:

- sistema palmare wireless a batteria ricaricabile FINESSE Tm ULTRA per biopsia mammaria vuoto assistita, provvisto di : funzione Prime/Pierce ( avanzamento a scatto della cannula di prelievo) di produzione esclusiva BARD e di sistema SIMS Technology che permetto con una singola inserzione, il prelievo di più campioni di tessuto da analizzare.

Nonchè l'acquisto di aghi dedicati 14G con sistema coassiale integrato per un quantitativo di consumo annuale previsto di n.ro 120(centoventi) pezzi.

Medici  
091/6664280

Ambulatorio  
091/6664082

Si richiede con carattere di urgenza, l'acquisto di materiale di consumo di quanto segue:

MAX CORE DISPOSABLE CORE BIOPSY INSTRUMENT 14 gauge x 10cm  
PD 22 mm BARD

-N 4 confezioni (n. 5 pezzi per confezione)

sistema per biopsia mammaria , provvisto di avanzamento a scatto della cannula di prelievo di produzione esclusiva BARD che permette il prelievo di più campioni di tessuto da analizzare ai fini :

- della diagnosi istologica e la caratterizzazione istologica biopatologica necessaria e indispensabile per le scelte delle chemioterapie neoadiuvante preoperatoria,

- per i casi di neoplasia della mammella localmente avanzato, nonché dell'abbattimento dei tempi chirurgici e del tempo dell'esame istologico estemporaneo.

- nelle biopsie chirurgiche (TDA taglio di accertamento) e definizione della diagnosi preoperatoria necessaria e indispensabile per la programmazione dell'intervento chirurgico.

Medici  
091/6664280

Ambulatorio  
091/6664082

Fax  
091/6664060

---

Aghi per aspirato midollare da cresta iliaca o sterno, **misura 18 G** con mandrino estraibile, punta a becco di flauto, lunghezza variabile 39-63 mm, impugnatura ergonomica. Fabbisogno annuo: 600 pezzi.

Aghi per aspirato midollare da cresta iliaca, **misura 15 G** con mandrino estraibile, punta a becco di flauto, lunghezza variabile mm 60, impugnatura ergonomica. Fabbisogno annuo: 200 pezzi.

Aghi per espianto midollare da cresta iliaca, **misura 14 G**, con mandrino estraibile, profondità variabile, fori distali, impugnatura ergonomica. Fabbisogno annuo: 50 pezzi.

Aghi per biopsia osteomidollare, **misura 11 G**, con mandrino estraibile, misuratore, impugnatura ergonomica. Fabbisogno annuo: 30 pezzi.

---