



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

CAPITOLATO TECNICO/SCHEDA FABBISOGNO

=====
Lotto 1 CIG. 729334310B

CND K0201010201

Ago per elettrochirurgia dotato di punta ultrasottile con diametro di 5 micron in tungsteno ultra liscia rivestita in polimero per una dissezione dei tessuti molli precisa e pulita. La punta ultrasottile deve garantire un'elevata densità di carica localizzata su di essi, permettendo di lavorare a wattaggi molto bassi per una dissezione precisa e pulita dei tessuti molli con minima diffusione danno termico ai tessuti limitrofi, ridotta necrosi con rapida rigenerazione, con proliferazione cellulare e ridotte cicatrice da taglio. Deve permette dissezione e coagulazione di altissima precisione.

nelle seguenti misure:

- ⤴ 20 mm. retto-----fabbisogno annuale pz. 30;
- ⤴ 30 mm. retto-----fabbisogno annuale pz. 30;
- ⤴ 40 mm. retto-----fabbisogno annuale pz. 30;
- ⤴ 20 mm retto, 3 mm angolo 45°----fabbisogno annuale pz.30;
- ⤴ 30 mm retto, 3 mm angolo 45°----fabbisogno annuale pz.30;
- ⤴ 20 mm retto, 10 mm angolo 45°--fabbisogno annuale pz.30;
- ⤴ 20 mm retto, 3 mm angolo 90°----fabbisogno annuale pz.30;
- ⤴ 76 mm., 10 mm.-----fabbisogno annuale pz. 30;
- ⤴ 102 mm, 10 mm -----fabbisogno annuale pz. 30.

IMPORTO A BASE D'ASTA ANNUALE €. 44.850,00 oltre iva 22%

=====
MEMBRANE PER RICOSTRUZIONE TISSUTALE IN COLLAGENE

AL FINE DI GARANTIRE LA PIÙ AMPIA PARTECIPAZIONE È AMMESSA UNA TOLLERANZA DEL +/- 10% RISPETTO ALLE MISURE SOTTO INDICATE.

=====
Lotto 2 CIG. 7293346384

CND P900399

Membrane di collagene tipo 1 di origine bovina altamente purificato che permette l'impiego sia saturata che non modellabile e tagliabile sia asciutta che idratata, con entrambi i versanti impiegabili con porosità <10 micron e collagene 20% tasso di conversione 1/1 documentato scientificamente

- ▲ 2,5 x 2,5 ----fabbisogno annuale pz. 12
- ▲ 2,5 x 7,5 ----fabbisogno annuale pz. 12
- ▲ 5 x 5 -----fabbisogno annuale pz. 10
- ▲ 7,5 x 7,5-----fabbisogno annuale pz. 8
- ▲ 10 x 12,5 ---fabbisogno annuale pz. 8

Come sopra con porosità <0,1 micron e percentuale collagene 46% tasso conversione 1/1

- ▲ 2,5 x 2,5 ----fabbisogno annuale pz. 13
- ▲ 2,5 x 7,5 ----fabbisogno annuale pz. 13
- ▲ 5 x 5 -----fabbisogno annuale pz. 10
- ▲ 7,5 x 7,5-----fabbisogno annuale pz. 8
- ▲ 10 x 12,5 ---fabbisogno annuale pz. 8

IMPORTO A BASE D'ASTA ANNUALE €. 96.300,00 oltre iva

=====

Lotto 3 CIG. 72933517A3

CND V9099

Sistemi di disgregazione tissutale per tessuti duri e molli che permette di ottenere micro innesti tissutali calibrati in un solo tempo chirurgico, il paziente nello stesso momento e donatore ed accettore.

Indispensabile nella chirurgia ricostruttiva al fine di permettere dopo ampia demolizione traumatiche e/o oncologiche la rapida rigenerazione tissutale.

Kit per microinnesti calibrati ----fabbisogno pz.50

IMPORTO A BASE D'ASTA ANNUALE €. 37.500,00 oltre iva

=====