

CHIARIMENTO

Lotto N. 2 - Umidificatore attivo

Con riferimento alle caratteristiche tecniche richieste dell'umidificatore, e in considerazione che trattasi di ventilatori da Rianimazione Invasivi, al fine di garantire una più ampia partecipazione si chiede se: Possa essere accettato un range di flusso fino a 80 lt/min in luogo del range indicato al punto 41 ("Range di flusso 3-120lt/min") .

RISPOSTA

NO NON PUO' ESSERE ACCETTATO RANGE DI FLUSSO DIVERSO DA QUELLO RICHIESTO