

In relazione alla richiesta di modifica dei range di pressione di inspirazione, valori di flusso di picco, dimensioni dello schermo relativi al lotto n° 1 (30 ventilatori per anestesia), si comunica la impossibilità di modificare tali caratteristiche in quanto le stesse descritte nel lotto si ritengono indispensabili per la definizione di ventilatori per anestesia di **ALTA FASCIA**.

Cordiali saluti

Il Direttore dell'U.O.  
RISORSE UROLOGICHE  
REGIONE SICILIANA  
Dott. Romano Tetamo  
A.R.N.A.S. "P. P. Grassano"  
BENTRACCHI

U.O. Anestesia e Rianimazione  
ASA TRAINING CENTER

Direttore: Dott. Romano Tetamo