

PROCEDURA APERTA PER LA FONITURA IN NOLEGGIO PER ANNI 5 DI VENTILATORI

CHIARIMENTI

LOTTO N. 2

QUESITO N. 1: si segnala che a fronte di un punteggio di 70 indicato nel capitolato la somma dei punteggi previsti in griglia qualità risulta pari a 64.

RISPOSTA AL QUESITO N. 1: il punteggio massimo verrà riparametrato a 70 punti e proporzionalmente a scalare gli altri punteggi.

QUESITO N. 2: se possa essere accettato un range di flusso a 60 lt/min in luogo del range indicato al punto 41.

RISPOSTA AL QUESITO N. 2: si evidenzia che il range di flusso richiesto è di 3- 120 lt min, pertanto non può essere accettato con valore fino a 60 lt min. Si evidenzia come sul mercato siano presenti dispositivi conformi alla richiesta contemplata dalla scheda tecnica.

QUESITO N. 3: con riferimento al punto 37 si chiede se possa essere considerato equivalente e quindi accettabile, un sistema di termoregolazione che fa uso di algoritmo di ultima generazione basato sulla lettura in continuo della temperatura dell'aria per la corretta gestione della temperatura target dell'umidificatore.

RISPOSTA AL QUESITO N. 3: si potrà considerare equivalente un sistema che faccia uso di algoritmo di temperatura letta in continuo purchè tale equivalenza venga documentata rispetto alla presenza di un sensore relativo a flusso e temperatura. Incombe ex lege sulla ditta la dimostrazione dell'equivalenza con adeguata documentazione scientifica che dovrà essere prodotta in sede di gara così come previsto dagli atti di gara.

LOTTO N. 3:

QUESITO N. 1: si segnala che a fronte di un punteggio di 70 indicato nel capitolato la somma dei punteggi previsti in griglia qualità risulta pari a 53.

RISPOSTA AL QUESITO N. 1: il punteggio massimo verrà riparametrato a 70 punti e proporzionalmente a scalare gli altri punteggi.

QUESITO N. 2: a fronte di una richiesta minima relativa al punto 3 della scheda tecnica (dotato di batteria interna con autonomia di almeno 30 min.) in griglia di valutazione vengono attribuiti punteggi per valori di autonomia batteria a partire da 91 min.....

RISPOSTA AL QUESITO N. 2: la durata dell'autonomia della batteria deve intendersi di almeno 30 min quale durata minima. Precisando che durata fino a 90 min non darà luogo all'attribuzione di punteggi riservandosi punteggi aggiuntivi solo ad apparecchiature dotate di batteria interna con autonomia maggiore di 91 min.

QUESITO N. 3: a fronte di una richiesta minima relativa al punto 19 della scheda tecnica (entità della compensazione delle perdite inferiore a 50 lt min., in griglia di valutazione vengono attribuiti punteggi per valori di compensazione delle perdite inferiori al suddetto valore minimo e non superiori indicativi di migliore.....si chiede di volere precisare se l'entità della compensazione perdite è da riferirsi alla ventilazione non invasiva e di chiarire tale impostazione di attribuzione punteggio.

RISPOSTA AL QUESITO N. 2: i punteggi per valori di compensazione perdite indicati nella griglia di valutazione devono ritenersi riferiti a valori di compensazione perdite AGGIUNTIVI rispetto al valore di soglia minimo di 50 lt min richiesto nella scheda tecnica di gara.

QUESITO N. 4: si chiede di precisare se la visualizzazione contemporanea è da ritenersi sia alle curve che ai loop, intesi essere tra loro differenti e non semplici duplicazioni di curve già presenti.

RISPOSTA AL QUESITO N. 4: per visualizzazione contemporanea ci si riferisce sia ai lopp che a curve, mentre non saranno accettate le duplicazioni di curve già presenti.

QUESITO N. 5: si chiede di precisare al fine di una corretta valutazione economica dell'offerta, quanti ventilatori sono previsti in configurazione a carrello e quanti invece in configurazione a pensile.

RISPOSTA AL QUESITO N. 5: si precisa che tutti ventilatori per non invasiva dovranno essere offerti con configurazione a carrello.