

SCHEDA TECNICA MONITOR DA RISONANZA MAGNETICA

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	CASELLA DOVE LA DITTA DEVE INSERIRE RISPETTIVAMENTE SI SE POSSIEDE LA CARATTERISTICA RICHIESTA E NO NELL'IPOTESI IN CUI LA FUNZIONE NON SIA POSSEDUTA E L'INDICAZIONE DELLA EVENTUALE FUNZIONE EQUIVALENTE	EVENTUALI NOTE
1. Sistema di monitoraggio a colori con schermo TFT da almeno 15" touch-screen per la visualizzazione simultanea di almeno 6 forme d'onda		
2. Dotato di batterie interne ricaricabili con autonomia, a carica completa, di almeno 6 ore		
3. Memorizzazione e visualizzazione di trend grafici e numerici		
4. Monitorizzazione dei seguenti parametri: -ECG con collegamento Wireless al monitor -SpO2 con collegamento Wireless al monitor -NIBP -gas alogenati		
5. Possibilità di implementare i seguenti parametri: -2 temperature -2 IBP		
6. Presenza di allarmi acustici e visivi		

