



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AREA Provveditorato

Piazza Nicola Leotta, 4

90127 Palermo

Telefono

091 6662655

FAX

091 6662672

EMAIL

provveditorato@arnascivico.it

WEB

www.arnascivico.it

Prot. n. 148 del 27/02/2018

Spett.le Ditta

OGGETTO: Indagine di mercato per l'acquisto di n. 1800 teli sottosacrali graduati per l'U.O. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Civico ARNAS.

Questa Amministrazione deve procedere ad acquistare i prodotti di cui in oggetto, le cui caratteristiche tecniche sono allegate in calce alla presente.

A tal fine intende verificare:

- 1) se codesta ditta dispone di prodotti aventi **caratteristiche collimanti** con quelle appresso descritte;
- 2) il prezzo di mercato (non il prezzo di listino) **formato per singolo pz e per confezione, nonché il prezzo complessivo** con l'indicazione dell'aliquota IVA;
- 3) se i prodotti sono presenti sul MEPA, indicandone i codici al fine di rintracciarli sul MEPA.

Qualora dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste,

A tal proposito **si raccomanda di non inviare schede tecniche dei prodotti proposti.**

Si prega di volere dare riscontro alla presente entro e non oltre il 05/03/2018 alla seguente email: rosaliavaleria.miceli@arnascivico.it all'att. della D.ssa Valeria Miceli.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 091.6662655-fax 091/6662672.

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.

Il Direttore Del Dipartimento Amministrativo
Arch. Giuseppe Antonio Bono

SCHEDA TECNICA TELO SOTTOSACRALE GRADUATO

Telo sottosacrale graduato da utilizzare nell'immediato post-parto.

per la raccolta del sangue derivante dalla fase del "secondamento".

L'utilizzo di tale presidio consente la stima, in tempo reale, della quantità di sangue perso in seguito al distacco della placenta.

Le linee guida dell'I.S.S. per la gestione della metrorragia del post-partum prevedono l'utilizzo di tale presidio affinché possa essere affrontata efficacemente.