

## Civico Di Cristina Benfratelli Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

www.arnascivico.it

U.O.C. PROVVEDITORATO
Piazza Nicola Leotta, 4
90127 Palermo

Telefono
091 6662680

FAX
091 6662672

EMAIL
provveditorato@arnascivico.it

WEB

DATA
12/03/2018

PROT.
2018/ 173

## OGGETTO: Indagine di mercato per la fornitura di " materiale per pazienti laringectomizzati".

Con la presente indagine si intende verificare l'esistenza sul mercato di operatori economici in grado di fornire "materiale per pazienti laringectomizzati" ", meglio identificato nel capitolato tecnico allegato alla presente.

A tal fine intende verificare:

- se codesta ditta dispone di materiali aventi <u>caratteristiche corrispondenti</u> con quelle descritte nell'allegata scheda tecnica;
- 2) il prezzo di mercato (non il prezzo di listino), riferito all'unità di misura e non alla confezione .

Qualora dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, a tal proposito si raccomanda che non occorre inviare nuove schede tecniche.

La risposta in merito al possesso delle caratteristiche tecniche ed ai prezzi di mercato da indicare per ciascun prodotto deve seguire l'ordine e le indicazioni numeriche dei lotti riportati nel capitolato ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

Si resta in attesa di riscontro alla presente entro e non oltre il **27.03.2018** a mezzo fax al seguente numero di fax 091.6662672 e/o o tramite e-mail: provveditorato@arnascivico.it; giuseppe.salamone@arnascivico.it (c.a. Rag. G. Salamone).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 091.6662680.

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.

Il Titolare della Posizione Organizzativa
Flussi informativi, gestione delle fatture e dell'ordinato
Rag. Giuseppe Salomone



## **CAPITOLATO TECNICO**

	CND	DESCRIZIONE	quantità annua presunta
VOCE 1	P0205	Protesi fonatoria per pazienti laringectomizzati totali avente le seguenti caratteristiche minime indispensabili:  • Sportellino valvolare interno ad escursione completamente protetta  • Flap valvolare concavo ed inclinato di 18°rispetto al flusso aereo  • Soluzione di continuità tra flangia esofagea e flap valvolare interno  • Corpo valvolare rigido in fluoroplastica candida-resistente  • le protesi devono avere DOPPIA FLANGIA ESOFAGEA  • la flangia deve essere OVALE  • ogni protesi deve essere fornita sterile e precaricata in apposito introduttore a siringa per le sostituzioni o, per le prime applicazioni, deve essere corredata, in unico confezionamento, di KIT STERILE MONOUSO per l'inserimento e/o la sostituzione comprendete: protettore faringeo trasparente; ago per fistolizzare in acciaio monouso, filo guida, dilatatore per fistola e/o inseritore a siringa sterile monouso.  • la valvola ed il corpo valvolare devono essere tenuti assieme tramite magneti.  Le misure richieste sono le seguenti:	
		misura 20fr. lunghezza mm.10 con kit sterile monouso per prima applicazione	5
		misura 20fr. lunghezza mm12,5 con kit sterile monouso per prima applicazione	5
		misura 22,5fr. lunghezza mm.10 con kit sterile monouso per prima applicazione	5
		misura 22,5fr. lunghezza mm12,5 con kit sterile monouso per prima applicazione	5
		misura 20fr. lunghezza mm.4 con kit sterile monouso per sostituzione	2
		misura 20fr. lunghezza mm.6 con kit sterile monouso per sostituzione	5
		misura 20fr. lunghezza mm.8 con kit sterile monouso per sostituzione	5

		misura 20fr. lunghezza mm.10 con kit sterile monouso per sostituzione	2 .
		misura 20fr. lunghezza mm.12,5 con kit sterile monouso per sostituzione	2
		misura 22,5fr. lunghezza mm.4 con kit sterile monouso per sostituzione	2
		misura 22,5fr. lunghezza mm.6 con kit sterile monouso per sostituzione	8
		misura 22,5fr. lunghezza mm.8 con kit sterile monouso per sostituzione	10
		misura 22,5fr. lunghezza mm.10 con kit sterile monouso per sostituzione	3
		misura 22,5fr. lunghezza mm.12,5 con kit sterile monouso per sostituzione	1
		misura 20fr. lunghezza mm.4 con doppia flangia esofagea	1
		misura 20fr. lunghezza mm.6 con doppia flangia esofagea	1
		misura 20fr. lunghezza mm.8 con doppia flangia esofagea	1
		misura 20fr. lunghezza mm.10 con doppia flangia esofagea	1
		misura 20fr. lunghezza mm.12,5 con doppia flangia esofagea	1
		misura 22,5fr. lunghezza mm.4 con doppia flangia esofagea	1
		misura 22,5fr. lunghezza mm.6 con doppia flangia esofagea	1
		misura 22,5fr. lunghezza mm.8 con doppia flangia esofagea	1
		misura 22,5fr. lunghezza mm.10 con doppia fiangia esofagea	1
		misura 22,5fr. lunghezza mm.12,5 con doppia flangia esofagea	1
		misura 22,5fr. lunghezza mm.6 con doppio magnete	1
		misura 22,5fr. lunghezza mm.8 con doppio magnete	1
		misura 22,5fr. lunghezza mm.10 con doppio magnete	1
		misura 22,5fr. lunghezza mm.12,5 con doppio magnete	1
		Filtri stomali scambiatori di calore e umidità a basso profilo, colore della	
		pelle umana, con faccia posteriore a reticolo parallelo, rivestiti in silicone medicale,con spugna arricchita di sali di calcio, utilizzabili con valvola	
		automatica, con rivestimento elettrostatico a doppio filtro efficace contro	
		batteri-virus-polvere, disponibili nella versione per digitazione ed in quella	
140.07.0	2010201	con occlusione manuale solo laterale	1222
VOCE 2	R040201	versione ad alto flusso	1200
		versione ad alta densità	1200
		versione per valvola automatica	500
		versione con doppio filtro antibatterico	300
		versione totalmente rivestità in silicone morbido bianco opaco con occlusione esclusivamente laterale	500
	00700	Adesivi stomali costituiti da polimeri ed idrogel con una superficie di ancoraggio rigida e microperforazioni per traspirazione cute adoperabile con	
		stomi profondi e meccanismo di applicazione a 3 pellicole rimuovibili, attacco	
		per filtro 18 e 22 mm. Nelle seguenti misure:	
		versione con base rigida ovale	500
		versione con base rigida rotonda	500
		Misuratore di fistola	4
VOCE 3	Q0399	versione morbida ovale	300
		versione morbida ovale plus	300
		versione in idrocolloide rotonda	300
		versione in idrocolloide ovale	300
		versione in idrocollide ovale plus	300
		Flange per misuratore	100

		versione regolare ovale plus	300
		versione in idrogel forma quadrifoglio per stomi forma irregolare	500
		Cannule morbide in silicone per laringectomizzati adoperabile sia con collarino di fissaggio che con i superiori adesivi per cute, fenestrabili, nelle seguenti misure:	
		versione standard mis.8/27	1
		versione standard mis.8/36	2
		versione standard mis.8/55	2
		versione standard mis.9/27	1
		versione standard mis.9/36	2
		versione standard mis.9/55	2
		versione standard mis.10/27	1
		versione standard mis.10/36	2
		versione standard mis.10/55	2
		versione standard mis.12/27	1
		versione standard mis.12/36	2
		versione standard mis.12/55	2
		versione fenestrata mis.8/36	1
		versione fenestrata mis.8/55	2
		versione fenestrata mis.9/36	2
		versione fenestrata mis.9/55	2
		versione fenestrata mis.10/36	2
OCE 4	R01050101	versione fenestrata mis.10/55	2
		versione fenestrata mis.12/36	2
		versione fenestrata mis.12/55	2
		versione fenestrabile con anello per aggancio a cerotto mis.8/36	2
		versione fenestrabile con anello per aggancio a cerotto mis.8/55	2
		versione fenestrabile con anello per aggancio a cerotto mis.9/36	2
		versione fenestrabile con anello per aggancio a cerotto mis.9/55	2
		versione fenestrabile con anello per aggancio a cerotto mis.10/36	2
		versione fenestrabile con anello per aggancio a cerotto mis.10/55	2
		versione fenestrabile con anello per aggancio a cerotto mis.12/36	2
		versione fenestrabile con anello per aggancio a cerotto mis.12/55	2
		versione corta a bottone stomale mis.12/8	2
		versione corta a bottone stomale mis.14/8	2
		versione corta a bottone stomale mis.16/8	2
		versione corta a bottone stomale mis.18/8	2
		perforatore per cannula fenestrabile	2
		tubeholder per cannula	100
		clip con fissaggio adesivo alla cute per cannule	20
		scovolini per cannule 8 mm.	250
		adattatore 22 mm. per cannula rigida	20
OCE 5	P0280	Altri dispositivi per il corretto utilizzo dei superiori ausili respiratori e fonatori:	20



		Kit per dispositivo esterno applicabile su cannula o cerotto, colore pelle, per poter parlare a mani libere, per i pazienti portatori di protesi tracheo-esofagea, con meccanismo di chiusura a rotazione da adoperare durante l'attività fisica, preassemblato, fenestrato per l'aspirazione del muco. Ogni kit ne deve contenere tre modell distinti, separati ed intercambiabili tra loro: leggera;	
	R040201	media; forte. Completo di 2 archi di applicazione ed un dispositivo di rimozione filtri per l'uso del superiore dispositivo per parlare a mani libere	11
:	P0280	Irrigatore per la pulizia della protesi a bassa pressione a quattro punti di irrigazione separabile in due pezzi per pulizia	500 20
	P0280	Spazzolino per la pulizia delle protesi fonatorie in varie misure	200
	P0280	Flangia per la gestione delle perdite perivalvolari 17 fr	10
	P0280	Flangia per la gestione delle perdite perivalvolari 20 fr	10
	P0280	Flangia per la gestione delle perdite perivalvolari 22,5 fr	10
	P0280	Tappino per la gestione delle perdite intravalvolari	30
	Q0399	Salviette di detersione per lo stoma e la cute peristomale senza nessuna componente alcolica	1900
	M9003	Barriera protettiva per pelli sensibili per preparare la cute al fissaggio degli adesivi periostomali	1900
	M9003	Salviette per la rimozione dei residui di adesivo e per agevolare la rimozione dei cerotti peristomali	1900
	P0280	Dispositivo per la doccia attacco 22 mm.	30
	P0280	Dispositivo per la doccia attacco 18 mm.	30
	Q0399	Colla siliconica per fissaggio degli adesivi peristomali flacone per 40 ml.	80
1	Q0399	Adattatore 15 mm per cannula in silicone	20
	Q0399	Filo guida	20

NOTA	LA DITTA AGGIUDICATARIA DOVRA' FORNIRE UN SERVIZIO GRATUITO
	TRAMITE PROFESSIONISTA ABILITATO IN LOGOPEDIA PER LA GESTIONE
	DELL'AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE FONATORIA E RESPIRATORIA INSIEME
	AL RESPONSABILE DELL'APPOSITO SERVIZIO PER MINIMO 16 ORE LAVORATIVE
	PER SETTIMANA