

N. 4 LAMPADE PER FOTOTERAPIA DA DESTINARE ALL'UTIN

SCHEDA TECNICA

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	CASELLA DOVE LA DITTA DEVE INSERIRE RISPETTIVAMENTE IL TIPO DI DOCUMENTO, LA PAGINA E IL RIGO DA CUI POSSA EVINCERSI LA CORRISPONDENZA CON LA CARATTERISTICA RISCHIESTA	EVENTUALI NOTE
1. Lampada per fototerapia a Led Blu in grado di garantire una potenza radiometrica irradiata >50 mw/cm2/nm cm di distanza		
2. Led bianchi per la visualizzazione del neonato		
3. Dotata di riscaldamento integrato nella plafoniera, montata su stativo carrellato regolabile in altezza (almeno da cm 140 a cm 180 circa)		
4. In grado di concentrare il fascio di luce terapeutica compresa fra 425 e 475 nm, in un cono direttivo senza procurare disagio ad altri pazienti posti nelle vicinanze della lampada ed al personale del reparto		
5. Quadro comandi in grado di controllare le funzioni di fototerapia, illuminazione e riscaldamento, manuale o automatica, con servo controllo della temperatura del paziente tramite sonda cutanea		
6. Quadro comandi dovrà permettere la visualizzazione dei seguenti parametri: a. Tempo impostato per il ciclo di terapia corrente b. Il tempo totale di terapia c. La vita della lampada d. La temperatura paziente e. Il settaggio della temperatura		
7. Funzionamento a 220 V 50Hz. E costruita in conformità alle normative CEI 65/5		