



**Civico Di Cristina Benfratelli**  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.

### CAPITOLATO TECNICO

**Sistema costituito da un catetere a palloncino, da un cavo di connessione e da un generatore. Disponibilità del catetere in diametri da 2.5 a 4 mm. e lunghezza 12 mm., con shaft di 138 cm. Compatibilità con introduttore 6F e con filo guida 0.014.**

**Il cavo di connessione è un attuatore remoto che collega il generatore (che deve essere fornito in uso gratuito dalla ditta fornitrice) con batteria autonoma non collegabile alle prese di corrente, output <Voltage 3000 volt peak, pulse frequency 1 HZ) al catetere e viene utilizzato per attivare l'energia della litotrissia all'interno del palloncino.**

**Fabbisogno annuale presunto n. 10 pz.**



Il Titolare della Posizione Organizzativa  
Queste informazioni restano riservate e non vanno diffuse.



**Civico Di Cristina Benfratelli**  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

**U.O.C. PROVVEDITORATO**  
Piazza Nicola Leotta, 4  
90127 Palermo

**Telefono**  
091 6662680

**FAX**  
091 6662672

**EMAIL**  
[provveditorato@arnascivico.it](mailto:provveditorato@arnascivico.it)

**WEB**  
[www.arnascivico.it](http://www.arnascivico.it)

DATA

17/04/2018

PROT.

2018/ 265

Spett.le Ditta

**OGGETTO: Indagine di mercato per la fornitura di " cateteri a palloncino per litoplastica" occorrenti all'UOC di Emodinamica e Cardiologia Interventistica dell'Arnas .**

Con la presente indagine si intende verificare l'esistenza sul mercato di operatori economici in grado di fornire " cateteri a palloncino per litoplastica, monorail, dotato di emettitori per litotrixxia posizionati sulla lunghezza del palloncino per l'erogazione di energia meccanica pulsatile" **occorrenti all'U.O.C. di Emodinamica e Cardiologia Interventistica dell'Arnas** , meglio identificati nel capitolato tecnico allegato alla presente.

A tal fine intende verificare:

- 1) se codesta ditta dispone di materiali aventi **caratteristiche corrispondenti** con quelle descritte nell'allegata scheda tecnica;
- 2) il prezzo di mercato (non il prezzo di listino), riferito all'unità di misura e non alla confezione .

Qualora dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, a tal proposito **si raccomanda che non occorre inviare nuove schede tecniche.**

La risposta in merito al possesso delle caratteristiche tecniche ed ai prezzi di mercato da indicare per ciascun prodotto deve seguire l'ordine e le indicazioni numeriche dei lotti riportati nel capitolato ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

Si resta in attesa di riscontro alla presente entro e non oltre il **02.05.2018** a mezzo fax al seguente numero di fax 091.6662672 e/o o tramite e-mail : [provveditorato@arnascivico.it](mailto:provveditorato@arnascivico.it); [giuseppe.salamone@arnascivico.it](mailto:giuseppe.salamone@arnascivico.it) (c.a. Rag. G. Salamone).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 091.6662680