



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

U.O.C. PROVVEDITORATO
Piazza Nicola Leotta, 4
90127 Palermo

Telefono
091 6662680

FAX
091 6662672

EMAIL
provveditorato@arnascivico.it

WEB
www.arnascivico.it

DATA
17/04/2018
PROT.
2018/ 263

Spett.le Ditta

OGGETTO: Indagine di mercato per la fornitura di " materassini antidecubito monouso riscaldati con sistema di riscaldamento Warm Cloud" occorrenti alle UU.OO dell'Arnas .

Con la presente indagine si intende verificare l'esistenza sul mercato di operatori economici in grado di fornire " materassi antidecubito monouso riscaldabili con il sistema di riscaldamento Warm Cloud" **occorrenti alle UU.OO dell'Arnas** , meglio identificati nel capitolato tecnico allegato alla presente.

A tal fine intende verificare:

- 1) se codesta ditta dispone di materiali aventi **caratteristiche corrispondenti** con quelle descritte nell'allegata scheda tecnica;
- 2) il prezzo di mercato (non il prezzo di listino), riferito all'unità di misura e non alla confezione .

Qualora dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, a tal proposito **si raccomanda che non occorre inviare nuove schede tecniche.**

La risposta in merito al possesso delle caratteristiche tecniche ed ai prezzi di mercato da indicare per ciascun prodotto deve seguire l'ordine e le indicazioni numeriche dei lotti riportati nel capitolato ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

Si resta in attesa di riscontro alla presente entro e non oltre il **02.05.2018** a mezzo fax al seguente numero di fax 091.6662672 e/o o tramite e-mail : provveditorato@arnascivico.it; giuseppe.salamone@arnascivico.it (c.a. Rag. G. Salamone).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 091.6662680.

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.

Il Titolare della Posizione Organizzativa
Flussi informativi, gestione delle fatture e dell'ordinato
Rag. Giuseppe Salamone



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

CAPITOLATO TECNICO

Sistema di riscaldamento e antidecubito del paziente composto da:

- a) unità di controllo manuale della temperatura;**
- b) materassino radiotrasparente in EVA (etil vinile acetato) rivestito in TNT – classe 1.**

Tale sistema deve consentire la regolazione della temperatura e la circolazione dell'aria all'interno del materasso (scambio d'aria a circuito chiuso), permettendo così il gonfiaggio e lo sgonfiaggio dello stesso al fine di prevenire eventuali danni posturali e la non contaminazione del campo operatorio.

Deve essere monouso e deve permettere il posizionamento del malato nelle diverse procedure chirurgiche.

Il quantitativo annuale presunto è di circa n. 200 materassini misura grande.

Si precisa che il suddetto sistema verrà utilizzato nel corso degli interventi di A.A.A. pertanto non verranno prese in considerazione offerte di sistemi ad aria alternativa.

