



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

U.O.C. PROVVEDITORATO
Piazza Nicola Leotta, 4
90127 Palermo

Telefono

091 6662680

FAX

091 6662672

EMAIL

provveditorato@arnascivico.it

WEB

www.arnascivico.it

DATA

17/05/2018

PROT.

2018/ 517

Spett.le Ditta

OGGETTO: Indagine di mercato per la fornitura di " un dispositivo per il dosaggio di CO2 (biossido di carbonio) a volumi e pressione determinate nelle cavità vascolari" occorrente all'U.O.C. Di Radiologia dell'Arnas .

Con la presente indagine si intende verificare l'esistenza sul mercato di operatori economici in grado di fornire un dispositivo per il dosaggio di CO2 (biossido di carbonio) a volumi e pressione determinate nelle cavità vascolari" occorrente all'U.O.C di Radiologia dell'Arnas , meglio identificato nel capitolato tecnico allegato alla presente.
A tal fine intende verificare:

- 1) se codesta ditta dispone di materiali aventi **caratteristiche corrispondenti** con quelle descritte nell'allegata scheda tecnica;
- 2) il prezzo di mercato (non il prezzo di listino), riferito all'unità di misura e non alla confezione .

Qualora dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, a tal proposito **si raccomanda che non occorre inviare nuove schede tecniche.**

La risposta in merito al possesso delle caratteristiche tecniche ed ai prezzi di mercato da indicare per ciascun prodotto deve seguire l'ordine e le indicazioni numeriche dei lotti riportati nel capitolato ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

Si resta in attesa di riscontro alla presente entro e non oltre il 02.06.2018 a mezzo fax al seguente numero di fax 091.6662672 e/o o tramite e-mail : provveditorato@arnascivico.it; giuseppe.salamone@arnascivico.it (c.a. Rag. G. Salamone).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 091.6662680.

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

CAPITOLATO TECNICO

Dispositivo per il dosaggio di CO2 (biossido di carbonio) a volumi e pressioni determinate nelle cavità

vascolari con le seguenti caratteristiche:

- impostazione digitale del dosaggio del volume;
 - impostazione digitale della pressione d'iniezione,
 - ricarica automatica e veloce per iniezione consecutive;
 - alta precisione della pressione stabilita per l'iniezione;
 - alta precisione delle dosi di volume stabilite;
 - doppio microcontrollore per garantire un'elevata performance e sicurezza;
 - telecomando per avviare l'iniezione;
 - possibilità di memorizzare impostazioni di iniezione per distretti differenti del corpo umano;
 - monitor "touch-screen"
- il dispositivo suddetto deve poter essere collegato direttamente al catetere per avviare l'iniezione.**

Fabbisogno presunto annuale n. 200 circuiti