

SCHEDA TECNICA N. 2 CONGELATORI PER L'U.O. MEDICINA TRASFUSIONALE

	ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	CASSELLA DOVE LA DITTA DEVE INSERIRE RISPETTIVAMENTE IL TIPO DI DOCUMENTO, LA PAGINA E IL RIGO DA CUI POSSA EVINCERSI LA CORRISPONDENZA CON LA CARATTERISTICA RISCHIESTA	EVENTUALI NOTE
1.	Struttura in acciaio pre – verniciato o plastificato dotato di 4 ruote piroettanti		
2.	Motocompressore utilizzante gas CFC FREE		
3.	Capacità almeno 700 litri utili		
4.	Ventilazione forzata		
5.	Porta di servizio cieca in acciaio pre-verniciato o plastificato con guarnizioni ad alta tenuta e serratura		
6.	Spessore coibentazione: maggiore di 130 mm		
7.	Predisposizione per inserimento di una apposita sonda per sistema esterno di monitoraggio, tracciabilità e controllo delle temperature		
8.	<p>Sistema di regolazione con controllo digitale avente almeno le seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Regolazione e visualizzazione della temperatura impostata su display; b. Visualizzazione della temperatura interna c. Sistema di allarme di temperatura minima e massima regolabili (acustico e visivo) d. Sistema di allarme di assenza di alimentazione elettrica di rete (acustico e visivo) e. Batteria tampone per il mantenimento dei dati impostati e per il funzionamento degli allarmi anche in assenza di alimentazione elettrica di rete f. Sistema di memorizzazione digitale delle temperature e degli eventi per almeno 3 		

