



Civico Di Cristiana Benvenuti
 Azienda di Turismo, Nuovi Servizi e Adm. Spettacolo

CAPITOLATO TECNICO/SCHEDA FABBISOGNO

Si precisa che qualora la descrizione delle caratteristiche tecniche indicate nel capitolato tecnico/scheda fabbisogno, dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica, deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente", e ciò ai sensi dell'art. 170 c.3 del D.lgs. 50/16 e s.m.i. . E' consentita, pertanto, l'offerta di prodotti aventi caratteristiche equivalenti sempre che sia ampiamente motivata dalla ditta concorrente tale equivalenza e che la stessa sia stata ritenuta funzionalmente tale dall'organo tecnico.

CIG	DESCRIZIONE	U.M.	FABBISOGNO ANNUALE		FABBISOGNO BIENNALE
Z2223D9066	Sistema di riscaldamento e antidecubito del paziente composto da:				
	a) unità di controllo manuale della temperatura;				
	b) materassino radiotrasparente in EVA (etil vinile acetato) rivestito in TNT - classe 1.				
	Tale sistema deve consentire la regolazione della temperatura e la circolazione dell'aria all'interno del materasso (scambio d'aria a circuito chiuso), permettendo così il gonfiaggio e lo sgonfiaggio dello stesso al fine di prevenire eventuali danni posturali e la non contaminazione del campo operatorio.				

Deve essere monouso e deve permettere il posizionamento del malato nelle diverse procedure chirurgiche.			
Il quantitativo annuale presunto è di circa n. 200 materassini misura grande.		200	400
Si precisa che il suddetto sistema verrà utilizzato nel corso degli interventi di A.A.A. pertanto non verranno prese in considerazione offerte di sistemi ad aria alternativa.			
IMPORTO LOTTO A BASE D'ASTA BIENNALE € 28.000,00			

