



Consorzio Di Cristallini Bonifazioli
 Associazione di Autoriscaldamento e Auto-Spazzamento

CAPITOLATO TECNICO/SCHEDA FABBISOGNO

Si precisa che qualora la descrizione delle caratteristiche tecniche indicate nel capitolato tecnico/scheda fabbisogno, dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica, deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente", e ciò ai sensi dell'art. 170 c.3 del D.lgs. 50/16 e s.m.i. . E' consentita, pertanto, l'offerta di prodotti aventi caratteristiche equivalenti sempre che sia ampiamente motivata dalla ditta concorrente tale equivalenza e che la stessa sia stata ritenuta funzionalmente tale dall'organo tecnico.

CIG	DESCRIZIONE	U.M.	FABBISOGNO ANNUALE	FABBISOGNO BIENNALE
Z2223D9066	<p>Sistema di riscaldamento e antidecubito del paziente composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) unità di controllo manuale della temperatura; b) materassino radiotrasparente in EVA (etil vinile acetato) rivestito in TNT - classe 1. <p>Tale sistema deve consentire la regolazione della temperatura e la circolazione dell'aria all'interno del materasso (scambio d'aria a circuito chiuso), permettendo così il gonfiaggio e lo sgonfiaggio dello stesso al fine di prevenire eventuali danni posturali e la non contaminazione del campo operatorio.</p>			

<p>Deve essere monouso e deve permettere il posizionamento del malato nelle diverse procedure chirurgiche.</p> <p>Il quantitativo annuale presunto è di circa n. 200 materassini misura grande.</p> <p>Si precisa che il suddetto sistema verrà utilizzato nel corso degli interventi di A.A.A. pertanto non verranno prese in considerazione offerte di sistemi ad aria alternativa.</p>			
PZ	200	400	
<p>IMPORTO LOTTO A BASE D'ASTA BIENNALE € 28.000,00</p>			

