

2 Monitor Multiparametrico per la Centrale Operativa 118,

Monitor/Defibrillatore Multiparametrico Bifasico avente le seguenti caratteristiche:

- Possibilità di defibrillazione manuale (sincrona e asincrona) ad onda bifasica utilizzando livelli di energia pari o superiori a 360J
- Possibilità di defibrillazione semiautomatica ad onda bifasica utilizzando protocolli ad energia crescente fino a 360J
- Dotato di metronomo per l'emissione di segnali acustici di guida all'operatore per il mantenimento di una frequenza di compressioni toraciche ottimale durante l'esecuzione dei periodi di RCP
- Dotato di monitor di grandi dimensioni, almeno 8", per una visibilità ottimale anche ambienti aperti con luce diretta.
- Dotato di batterie agli ioni di Litio ricaricabili con un'autonomia complessiva superiore ad almeno di 5 ore.
- Dotato di caricabatterie e/o alimentatore 220.
- Dotato di piastre rigide per la defibrillazione manuale
- Dotato di stimolatore transtoracico esterno con possibilità di erogare impulsi di corrente con intensità fino a 200 mA.
- Dotato di modulo per la rilevazione della Saturimetria SPO2.
- Dotato di modulo per la rilevazione della Pressione Sanguigna Non Invasiva.
- Dotato di modulo per l'acquisizione e la stampa delle 12 derivazioni contemporanee con indicazione degli slivellamenti ST calcolate nel punto J.
- Dotato di stampante termica integrata da 100 mm con indicazione dei seguenti parametri: dati paziente, numero identificativo della macchina, parametri vitali, 12 derivazioni, slivellamento ST nel punto J, esito trasmissione, sito di trasmissione.
- Dotato di modulo modem per la trasmissione a distanza dei tracciati ECG a 12 derivazioni e dei parametri vitali, attraverso rete mobile, esclusa sim card. Tale

- modulo deve essere o interno o collegato e alimentato dalla macchina via cavo e deve essere privo di interfaccia utente, configurabile solo da personale qualificato, per garantire la sicurezza della trasmissione.
- Possibilità di trasmissione dei tracciati e dei parametri vitali verso i sistemi di ricezione attualmente utilizzati dalla Rete IMA della Regione Sicilia, in particolare deve essere possibile la trasmissione all'unità di ricezione installata presso le UTIC HUB di Palermo e Trapani. (dotazione sistema informativo per la ricezione dei tracciati elettrocardiografici, LIFENET)