



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

U.O.C. PROVVEDITORATO
Piazza Nicola Leotta, 4
90127 Palermo

Telefono
091 6662680

FAX
091 6662672

EMAIL
provveditorato@arnascivico.it

WEB
www.arnascivico.it

DATA
06\09\2018
PROT.
2018/1515

Spett.le Ditta

OGGETTO: Indagine di mercato per la fornitura biennale di " cateteri a palloncino per litoplastica e litotrissia " occorrenti all'UOC di Emodinamica -Cardiologia Interventistica e di Chirurgia Vascolare dell'Arnas .

Con la presente indagine si intende verificare l'esistenza sul mercato di operatori economici in grado di fornire " cateteri a palloncino per litoplastica e litotrissia " **occorrenti all'U.O.C. di Emodinamica-Cardiologia Interventistica e di Chirurgia Vascolare dell'Arnas** , meglio identificati nel capitolato tecnico allegato alla presente.

A tal fine intende verificare:

- 1) se codesta ditta dispone di materiali aventi **caratteristiche corrispondenti** con quelle descritte nell'allegata scheda tecnica;
- 2) il prezzo di mercato (non il prezzo di listino), riferito all'unità di misura e non alla confezione .

Qualora la **descrizione delle caratteristiche tecniche, dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica, deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente", e ciò ai sensi dell'art. 170 c.3 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. E' consentita, pertanto, la proposta di prodotti aventi caratteristiche equivalenti sempre che sia ampiamente motivata dalla ditta proponente tale equivalenza e che la stessa sia stata ritenuta funzionalmente tale dai Direttore dell'UOC di Chirurgia vascolare e di Emodinamica .**

La risposta in merito al possesso delle caratteristiche tecniche deve pervenire entro e non oltre il **26.09.2018** a mezzo fax al seguente numero di fax 091.6662672 e/o o tramite e-mail : provveditorato@arnascivico.it; giuseppe.salamone@arnascivico.it (c.a. Rag. G. Salamone). unitamente alla:

- scheda tecnica dei prodotti proposti;
- ai prezzi di mercato.





Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

Al fine di consentire ed agevolare questa Amministrazione nella una valutazione delle caratteristiche richieste si chiede agli operatori economici interessati di seguire l'ordine e le indicazioni numeriche riportate nel capitolato tecnico allegato alla presente.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 091.6662680.

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.

Si prega di voler comunicare allo scrivente ufficio se la ditta è iscritta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 'MEPA'.

Il Titolare della Posizione Organizzativa
Flussi informativi, gestione delle fatture e dell'ordinato
Rag. Giuseppe Salamone

3453



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

CAPITOLATO TECNICO

1. Catetere a palloncino per litoplastica, monorail, dotato di emettitori per litotrissia posizionati sulla lunghezza utile del palloncino per l'erogazione di energia meccanica pulsatile usato per rivascolarizzare lesioni calcifiche .

Disponibilità del catetere in diametri da 2.5 a 4 mm. e lunghezza 12 mm., con shaft di 138 cm. Compatibilità con introduttore 6F e con filo guida 0.014.

La ditta dovrà fornire in uso gratuito service full risk per tutta la durata contrattuale:

- il generatore completo di accessori e cavo di connessione che è un attuatore remoto che collega il generatore con batteria autonoma non collegabile alle prese di corrente, output <Voltage 3000 volt peak, pulse frequency 1 HZ) al catetere e viene utilizzato per attivare l'energia della litotrissia all'interno del palloncino.

Fabbisogno annuale presunto n. 10 pz.

Fabbisogno biennale presunto n. 20 pz.

2. Cateteri a palloncino necessario per il trattamento delle stenosi calcifiche nei distretti arteriosi periferici . Il catetere deve essere dotato di emettitori per litotrissia posizionati sulla lunghezza utile del pallone necessari per l'erogazione di energia meccanica pulsatile in grado di garantire la rottura di quelle placche particolarmente calcificate. Nelle seguenti misure :

- Calibro 3,5 mm -----fabbisogno annuale n. 2 pz
fabbisogno biennale n. 4 pz
- Calibro 4 mm -----fabbisogno annuale n. 2 pz
fabbisogno biennale n. 4 pz
- Calibro 4,5 mm -----fabbisogno annuale n. 2 pz
fabbisogno biennale n. 4 pz
- Calibro 5 mm -----fabbisogno annuale n. 4 pz
fabbisogno biennale n. 8 pz
- Calibro 5,5 mm -----fabbisogno annuale n. 5 pz
fabbisogno biennale n. 10 pz
- Calibro 6 mm -----fabbisogno annuale n. 5 pz
fabbisogno biennale n. 10 pz
- Calibro 6,5 mm -----fabbisogno annuale n. 3 pz
fabbisogno biennale n. 6 pz





Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

Calibro 7 mm -----fabbisogno annuale n. 2 pz
fabbisogno biennale n. 4 pz

La ditta dovrà fornire in uso gratuito service full risk per tutta la durata contrattuale:

- il generatore completo di accessori e cavo di connessione che è un attuatore remoto che collega il generatore con batteria autonoma non collegabile alle prese di corrente, output <Voltage 3000 volt peak, pulse frequency 1 HZ) al catetere e viene utilizzato per attivare l'energia della litotrissia all'interno del palloncino.

