



cig	CAPITOLATO TECNICO/SCHEDA FABBISOGNO	U.M.	fabbisogno annuale
763759137A	Dispositivo per il dosaggio di CO2 (biossido di carbonio) a volumi e pressioni determinate nella cavità vascolari con le seguenti caratteristiche:		
	impostazione digitale del dosaggio del volume		
	impostazione digitale della pressione di iniezione		
	ricarica automatica e veloce per iniezione consecutive		
	alta precisione della pressione stabilita per l'iniezione		
	alta precisione delle dosi di volume stabilita per l'iniezione		
	alta precisione delle dosi di volume stabilite		
	telecomando per avviare l'iniezione		
	possibilità di memorizzare impostazioni di iniezione per distretti differenti del corpo umano		
	doppio microcontrollore per garantire un'elevata performance e sicurezza		
	monitor "touch- creen		
	Il dispositivo suddetto deve poter essere collegato direttamente al catetere per avviare l'iniezione.		
	Fabbisogno presunto annuale circuiti	nr	200
LA DITTA DOVRA' FORNIRE IN USO GRATUITO L'APPARECCHIATURA NECESSARIA ALL'UTILIZZO DEI CIRCUITI INFUSIONE MONOUSO			
IMPORTO TOTALE ANNUALE A BASE D'ASTA €. 144.000,00			